



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**

UOSID Bioingegneria

Via Teresa Ravaschieri, 8 – 80122 Napoli

Tel. 0812205735 – Fax 0812205822

ALLEGATO A – CERTIFICATO COLLAUDO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Con il presente la Commissione, atteso il superamento delle verifiche tecniche i cui esiti sono allegati al presente verbale, certifica che la fornitura di cui al Provvedimento n. 82 del 06/02/2024, della Committente AORN SANTOBONO PAUSILIPON è da considerarsi completa.

Si fa presente che, il carrello Costa Medicali MC 6050, incluso nella fornitura, è classificato come dispositivo medico di Classe I, come dichiarato dal fabbricante; pertanto, è necessaria la presentazione della dichiarazione di conformità al nuovo regolamento UE 745/2017.

La società fornitrice, Lediso, assicura che il costruttore ha avviato le procedure per ottenere la nuova documentazione e si impegna a fornire un carrello con le stesse caratteristiche (Produttore e Modello) con documentazione corretta.

Pertanto, il **COLLAUDO** è da considerarsi **PARZIALMENTE SUPERATO**.

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza.

Il Responsabile/delegato della ditta ALTHEA ITALIA S.p.A. *[Signature]*

Il Direttore U.O. assegnatario del bene *[Signature]*

Il Responsabile/delegato della ditta fornitrice *[Signature]*

Il Responsabile UOSID Bioingegneria / Servizio Ingegneria Clinica della UOC Ufficio Tecnico Patrimoniale ed ICT *[Signature]*

A.O.R.N. SANTOBONO - PAUSILIPON
U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA
Direttore: Dott. Antonio Della Volpe
Ord. Med. NA 16920

Data 29/04/2024



ALTHEA
INTEGRATED HEALTHCARE
TECHNOLOGY MANAGEMENT

Althea Italia S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13
00148 Roma, Italia
Tel. +39 06 66100411
Fax +39 06 66100449

Cliente:

AORN SANTOBONO PAUSILIPON

39216/co

Data 18/02/24

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 82 del 06/02/24 la AORN SANTOBONO PAUS, ha affidato alla Ditta LEDISO la forniture delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
A0012278	COSTA MEDICAL	CARRELLI	MC 6050	BB 1055
A0012279	CANON	STAMPANTE	K10546 ←→	TR4750i
A0012282	LENOVO	PC	V17 G4 IRU	PF4MC2BH
A0012280	REOMED	TRASFORMATORE	REOMED 300	BV65BS000SA+XX
A0012281	INTERACUSTICS	PBR	ECLIPSE	SN 10461265
Accessori				
SPTA0012282	INTERACUSTICS admin: admin	SOFTWARE password: password	ECLIPSE V.2.3	GDWA9BPC754EVHRW

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO ORL presso la Struttura: SANTOBONO

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 29/02/24 con bolla nr. DOT 24-0308 ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 18/02/24 presso PIANO 5 sono convenuti i signori:

VINCENZO PASTORE Incaricato REPARTO ;
ALESSIO MARTINI Incaricato DITTA ;
M.G. COPPOLA Incaricato ALTHEA ;
 Incaricato _____ ;

I componenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda, la/e apparecchiatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nell'ordine sopra specificato,

CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

- 1) sono state regolarmente installate (vedi allegati);
- 2) sono regolarmente funzionanti;
- 3) sono rispondenti alle normative tecniche vigenti, per quanto rilevato dalla documentazione prodotta e dalle prove effettuate (vedi allegati);
- 4) hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62-122 (vedi allegati);
- 5) sono corredate di tutti i manuali d'uso e dei manuali tecnici;
- 6) possiedono le caratteristiche funzionali prescritte dalle normative vigenti;
- 7) sono state inventariate con i numeri precedentemente indicati;

Certificano inoltre che la ditta fornitrice ha regolarmente soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal contratto di fornitura.

CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note GARANZIA 36 MESI ~~IN ATTESA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E DELLA FORNITURA MANCANTE.~~ COLLAUDO ACCETTATO CON RISERVA

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della Althea Italia S.p.A. Mario Pappalardo
 Il Consegnatario del bene Vincenzo Pastore **A.O.R.N. Santobono - Pausilipon**
 Il referente Amm.vo dell'Azienda Vincenzo Pastore
 Il Responsabile della ditta fornitrice Oliverio **AUDIOMETRISTA**

In Allegato:

- Certificati Installazione ditta fornitrice
- Scheda di verifica e collaudo
- Attestato di formazione rilasciato al personale
- Verbale di presa in carico beni mobili
- Altro