

ALLEGATO A – CERTIFICATO COLLAUDO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Con il presente la Commissione, atteso il superamento delle verifiche tecniche e documentali i cui esiti sono allegati al presente verbale, certifica che la fornitura di cui al Provvedimento n. 97 del 08/02/24, lotto 2 (se applicabile), della Committente AORN SANTOBONO PAUSILIPON, numero di ordinativo 4500646640 del 04/03/24 è da considerarsi completa e che pertanto il **COLLAUDO** è da considerarsi **SUPERATO**, e che a far data di sottoscrizione del presente verbale decorrerà l'inizio del periodo di garanzia ed assistenza tecnica full risk offerta.

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza.

Il Responsabile/delegato della ditta ALTHEA ITALIA S.p.A. Mauro Gipe

Il Direttore U.O. assegnatario del bene Vittorio

Il Responsabile/delegato della ditta fornitrice Lorenzo Caldieri

Il Responsabile UOSID Bioingegneria / Servizio Ingegneria Clinica della UOC Ufficio Tecnico Patrimoniale ed ICT Luigi



VITTORIA DOLCERIO

Data 13/05/2024

ALLEGATO A

RIEPILOGO

(m Ω)

(mA)

INVENTARIO	TIPOLOGIA	COSTRUTTORE	MODELLO	MATRICOLA	RESISTENZA DI PROTEZIONE	CORRENTI DI DISPERSIONE
A0012520	MICROSCOPIO	LEICA	DM2000 LED	622570	65	0,2
A0012521	MONITOR	HP	E27KG54K	CNK3450G5C		
A0012534	TELECAMERA	LEICA	FLEXACAM I5	724270015		
A0012522	MICROSCOPIO	LEICA	DM2000 LED	622567	52	0,1
A0012523	MONITOR	HP	E27KG54K	CNK3450G89		
A0012535	TELECAMERA	LEICA	FLEXACAM I6	624270022		
A0012524	MICROSCOPIO	LEICA	DM2000 LED	622571	54	0,4
A0012525	MONITOR	HP	E27KG54K	CNK3450FW2		
A0012536	TELECAMERA	LEICA	FLEXACAM I7	3423270017		
A0012526	MICROSCOPIO	LEICA	DM2000 LED	622569	67	0,2
A0012527	MONITOR	HP	E27KG54K	CNK3450G73		
A0012537	TELECAMERA	LEICA	FLEXACAM I8	724270009		
A0012528	MICROSCOPIO	LEICA	DM2000 LED	622572	50	0,4
A0012529	MONITOR	HP	E27KG54K	CNK3450FSH		
A0012538	TELECAMERA	LEICA	FLEXACAM I9	624270018		
A0012530	MICROSCOPIO	LEICA	DM2000 LED	622568	43	0,3
A0012531	MONITOR	HP	E27KG54K	CNK3450FZ9		
A0012539	TELECAMERA	LEICA	FLEXACAM I10	624270006		
SFTA0012532	SOFTWARE	LEICA	ENERSIGHT	/		
A0012532	PC	HP	W1 WORKSTATION	C7C33473YH		



ALTHEA
INTEGRATED HEALTHCARE
TECHNOLOGY MANAGEMENT

Althea Italia S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13
00148 Roma, Italia
Tel. +39 06 66100411
Fax +39 06 66100449

Cliente:

AORN SANTO BONO PAUSILIPON

112

38704/co

Data 03/05/24

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 97 LOT2 del 08/02/24 la AORN, ha affidato alla Ditta LEICA la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
A00-12520	LEICA	MICROSCOPIO	DM 2000 LED	622570
A00-12521	HP	MONITOR	E271G5 4K	CNR3U50G5C
A00-12522	LEICA	MICROSCOPIO	DM 2000	622567
A00-12523	HP	MONITOR	E271G5UK	CNR3U50G89
A00-12524	LEICA	MICROSCOPIO	DM 2000	622571
A00-12525	HP	MONITOR Accessori	E271G5UK	CNR3U50FW7
A00-12526	LEICA	MICROSCOPIO	DM 2000	622572
A00-12527	HP	MONITOR	E271G5UK	CNR3U50G73
A00-12528	LEICA	MICROSCOPIO	DM 2000	622572
A00-12529	HP	MONITOR	E271G5UK	CNR3U50FSH

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO ANATOMIA PATOLOGICA presso la Struttura: PAUSILIPON

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 21/03/24 con bolla nr. 890-121757 ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 03/05/24 presso P-2 sono convenuti i signori:

M.G. GORPOLA Incaricato ALTHEA;
LORENZO CALDIERI Incaricato DITTA;
VITTORIA DI DONFRIO Incaricato REPARTO;

I componenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda, la/e apparecchiatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nell'ordine sopra specificato,

CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

- 1) sono state regolarmente installate (vedi allegati);
- 2) sono regolarmente funzionanti;
- 3) sono rispondenti alle normative tecniche vigenti, per quanto rilevato dalla documentazione prodotta e dalle prove effettuate (vedi allegati);
- 4) hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62-122 (vedi allegati);
- 5) sono corredate di tutti i manuali d'uso e dei manuali tecnici;
- 6) possiedono le caratteristiche funzionali prescritte dalle normative vigenti;
- 7) sono state inventariate con i numeri precedentemente indicati;

Certificano inoltre che la ditta fornitrice ha regolarmente soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal contratto di fornitura.

CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note GARANZIA 24 M. SI RESTA IN ATTESA DEI DOCUMENTI RICHIESTI.

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della Althea Italia S.p.A. [Signature]
 Il Consegnatario del bene [Signature]
 Il referente Amm.vo dell'Azienda [Signature]
 Il Responsabile della ditta fornitrice [Signature]



In Allegato:

- Certificati Installazione ditta fornitrice
- Scheda di verifica e collaudo
- Attestato di formazione rilasciato al personale
- Verbale di presa in carico beni mobili
- Altro

Tipografia Merisano - Assisi



ALTHEA
INTEGRATED HEALTHCARE
TECHNOLOGY MANAGEMENT

Althea Italia S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13
00148 Roma, Italia
Tel. +39 06 66100411
Fax +39 06 66100449

Cliente:

AORN

2/2
38706/co

Data 03/05/24

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 971012 del 08/02/24 la AORN, ha affidato alla Ditta LEICA la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Produtt. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
A0012530	LEICA	MICROSCOPIO HP PC	DY2000 LED	622508
A0012531	MONITOR		EL712GS411	CNR 3450 F29
A0012532	HP	PC	W1 WORKSTATION	C2C33473YH
A0012532	LEICA	SOFTWARE	ENERGYSIGHT	
Accessori				

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO ANATOMIA PATOLOGICA presso la Struttura: RAUSILIPON

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 21/03/24 con bolla nr. 59012757 ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 03/05/24 presso P-2 sono convenuti i signori:

M.G. COROLA Incaricato ALTHEA ;
LORENZO CAUDIERI Incaricato LEICA ;
VITTORIA DONOFRIO Incaricato REPARTO ;
 Incaricato _____ ;

I componenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda, la/e apparecchiatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nell'ordine sopra specificato,

CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

- 1) sono state regolarmente installate (vedi allegati);
- 2) sono regolarmente funzionanti;
- 3) sono rispondenti alle normative tecniche vigenti, per quanto rilevato dalla documentazione prodotta e dalle prove effettuate (vedi allegati);
- 4) hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62-122 (vedi allegati);
- 5) sono corredate di tutti i manuali d'uso e dei manuali tecnici;
- 6) possiedono le caratteristiche funzionali prescritte dalle normative vigenti;
- 7) sono state inventariate con i numeri precedentemente indicati;

Certificano inoltre che la ditta fornitrice ha regolarmente soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal contratto di fornitura.

CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note GARANZIA 24 M

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della Althea Italia S.p.A. [Signature]

Il Consegnatario del bene [Signature]

Il referente Amm.vo dell'Azienda _____

Il Responsabile della ditta fornitrice [Signature]



In Allegato:

- Certificati Installazione ditta fornitrice
- Scheda di verifica e collaudo
- Attestato di formazione rilasciato al personale
- Verbale di presa in carico beni mobili
- Altro