

ALLEGATO A – CERTIFICATO COLLAUDO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Con il presente la Commissione, atteso il superamento delle verifiche tecniche e documentali i cui esiti sono allegati al presente verbale, certifica che la fornitura di cui al Provvedimento n. 189 del 29/04/24, lotto 1 (se applicabile), della Committente AORN SANTOBONO PAUSILIPON, numero di ordinativo 4500676676 del 30/04/24 è da considerarsi completa e che pertanto il **COLLAUDO** è da considerarsi **SUPERATO**, e che a far data di sottoscrizione del presente verbale decorrerà l'inizio del periodo di garanzia ed assistenza tecnica full risk offerta.

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza.

Il Responsabile/delegato della ditta ALTHEA ITALIA S.p.A. Roald Guba


Il Direttore U.O. assegnatario del bene X G. G. G.

Il Responsabile/delegato della ditta fornitrice Giuseppe P. P.

Il Responsabile UOSID Bioingegneria / Servizio Ingegneria Clinica della UOC Ufficio Tecnico Patrimoniale ed ICT

Luigi P. P.

Data 21 / 10 / 2024



A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON
U.O.C. RADIOLOGIA GENERALE
P.O. SANTOBONO
COORDINATORE



ALTHEA
INTEGRATED HEALTHCARE
TECHNOLOGY MANAGEMENT

Althea Italia S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13
00148 Roma, Italia
Tel. +39 06 66100411
Fax +39 06 66100449

Cliente:

AORN SANTOBONO PAUS.

57452/co

Data 21/10/24

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 189 del 29/04/24 la AORN, ha affidato alla Ditta AGFA la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
A0012944	EPSON	MASTERIZZATORE	FP-500 III	X72C011619
A0012945	DELL	PC	OPTIPLEX 7010	C18SN 214
A0012946	DELL	MONITOR		G106PS14
SITACO 1295	AGFA	SOFTWARE	EUFANTE BURNER	
Accessori				

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO RADIOLOGIA presso la Struttura: SANTOBONO

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 29/10/24 con bolla nr. M-0069 ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 21/10/24 presso P.S. - RADIOLOGIA sono convenuti i signori:

ROSSELLA GIORDANO Incaricato ALTHEA ;
LUIGI CERCHIELLO Incaricato REPARTO ;
GIUSEPPE BIONDOLORE Incaricato DURA ;
M.G. LOFFOLA Incaricato BIONDELLERIA ;

I componenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda, la/e apparecchiatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nell'ordine sopra specificato,

CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

- 1) sono state regolarmente installate (vedi allegati);
- 2) sono regolarmente funzionanti;
- 3) sono rispondenti alle normative tecniche vigenti, per quanto rilevato dalla documentazione prodotta e dalle prove effettuate (vedi allegati);
- 4) hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62-122 (vedi allegati);
- 5) sono corredate di tutti i manuali d'uso e dei manuali tecnici;
- 6) possiedono le caratteristiche funzionali prescritte dalle normative vigenti;
- 7) sono state inventariate con i numeri precedentemente indicati;

Certificano inoltre che la ditta fornitrice ha regolarmente soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal contratto di fornitura.

CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note GARANZIA 12 MESI

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della Althea Italia S.p.A. Rossella Giordano
 U.O.C. RADIOLOGIA GENERALE
 Il Consegnatario del bene P.O. SANTOBONO
 DEC COORDINATORE
 Il referente Amm.vo dell'Azienda Giuseppe De Orefa
 Il Responsabile della ditta fornitrice Luigi Cerchiello

In Allegato:

- Certificati Installazione ditta fornitrice
- Scheda di verifica e collaudo
- Attestato di formazione rilasciato al personale
- Verbale di presa in carico beni mobili
- Altro

Cliente:

**AORN SANTO BONO
PASSIURON**

57395/co

Data 17/10/24

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 389 del 29/10/24 la AORN, ha affidato alla Ditta AGFA la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
AO012776	EPSON	MASTERIZZATORE	PP-100 III	X720041611
	INV. AZIENDALE 015790			
AO012778	DELL	PC	OPTIPLEX 7030	GRSN214
AO012777	DELL	MONITOR	P244	D6WPS14
SAO012778	AGFA	SOFTWARE	ELEFANTE BURNER	
Accessori				

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO RADIOLOGIA presso la Struttura: PASSIURON

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 29/10/24 con bolla nr. M1-00069 ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 17/10/24 presso PT - SALA COHARDI TAC sono convenuti i signori:

ROSSELLA GIORDANO Incaricato ALTHEA ;
GIORGIO VARCHETTA Incaricato REPARTO ;
GIUSEPPE BUONOCORE Incaricato DATA ;
M.G. COPPOLA Incaricato BIOINGEGNERIA ;

I componenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda, la/e apparecchiatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nell'ordine sopra specificato,

CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

- 1) sono state regolarmente installate (vedi allegati);
- 2) sono regolarmente funzionanti;
- 3) sono rispondenti alle normative tecniche vigenti, per quanto rilevato dalla documentazione prodotta e dalle prove effettuate (vedi allegati);
- 4) hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62-122 (vedi allegati);
- 5) sono corredate di tutti i manuali d'uso e dei manuali tecnici;
- 6) possiedono le caratteristiche funzionali prescritte dalle normative vigenti;
- 7) sono state inventariate con i numeri precedentemente indicati;

Certificano inoltre che la ditta fornitrice ha regolarmente soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal contratto di fornitura.

CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note MANCA 1 CONFEZIONE DVD CON BUSTINE, GARANZIA 12 MESI

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della Althea Italia S.p.A. _____

Il Consegnatario del bene _____

Il referente Amm.vo dell'Azienda _____

Il Responsabile della ditta fornitrice _____

In Allegato:

- Certificati Installazione ditta fornitrice
- Scheda di verifica e collaudo
- Attestato di formazione rilasciato al personale
- Verbale di presa in carico beni mobili
- Altro