



**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
"Santobono-Pausilipon"**

UOSID Bioingegneria

Via Teresa Ravaschieri, 8 – 80122 Napoli

Tel. 0812205735 – Fax 0812205822

ALLEGATO A – CERTIFICATO COLLAUDO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Con il presente la Commissione, atteso il superamento delle verifiche tecniche e documentali i cui esiti sono allegati al presente verbale, certifica che la fornitura di cui al Provvedimento n. 577 del 16/09/24, lotto 1 (se applicabile), della Committente OTICA SACCO numero di ordinativo 4500812646 del 17/09/24 è da considerarsi completa e che pertanto il **COLLAUDO** è da considerarsi **SUPERATO**, e che a far data di sottoscrizione del presente verbale decorrerà l'inizio del periodo di garanzia ed assistenza tecnica full risk offerta.

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza

Il Responsabile/delegato della ditta ALTHEA ITALIA S.p.A.

Il Direttore U.O. assegnatario del bene

Il Responsabile/delegato della ditta fornitrice

Il Responsabile UOSID Bioingegneria / Servizio Ingegneria Clinica della UOC Ufficio Tecnico Patrimoniale ed ICT

Data 06/11/2024

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 577 del 16/09/24 la AORN SANTOBONO PAUSILIPON, ha affidato alla Ditta OTICA SACCO la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
A0012975	PHOENIX	GARRELLO	ICON CART	10468C
A0012976	"	RETINOGRFO	ICON CART	C0468
A0012977	ADVANTECH	MONITOR	NVE-2238	YBMNCJA000285
A0012978	PHOENIX	MANIPOLO	PCI 40 - 3002	H0583
A0012979	"	MODULO WCE BIANCA	PCI 40 - 3005	LW0592
Accessori				
A0012980	"	MODULO WCE BW	PCI 40 - 3004	LB0406
A0012981	"	PEDALE	PCI 30 - 3000	200925
SPTA0012976	"	SOFTWARE	PHOENIX ICON v.1	26.2-1.2.1-2.0.5

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO OCULISTICA presso la Struttura: SANTOBONO

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 05/11/24 con bolla nr. 1771 ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 06/11/24 presso PIANO 3 - AMBULATORIO sono convenuti i signori:

M.G. UOPOLA Incaricato BIOINGEGNERIA ;
GIANLUIGI TOMAS Incaricato DITTA ; SERVICE { UTENTE: ADMIN
 PASSW: 5678
DOT. PICARDI Incaricato REPARTO ;
ROSSELLA CIORDANO Incaricato ALTEA ; REPARTO { UTENTE: OCULISTICA
 PASSW: ~~oculistica~~ oculistica

I componenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda, la/e apparecchiatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nell'ordine sopra specificato,

CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

- 1) sono state regolarmente installate (vedi allegati);
- 2) sono regolarmente funzionanti;
- 3) sono rispondenti alle normative tecniche vigenti, per quanto rilevato dalla documentazione prodotta e dalle prove effettuate (vedi allegati);
- 4) hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62-122 (vedi allegati);
- 5) sono corredate di tutti i manuali d'uso e dei manuali tecnici;
- 6) possiedono le caratteristiche funzionali prescritte dalle normative vigenti;
- 7) sono state inventariate con i numeri precedentemente indicati;

Certificano inoltre che la ditta fornitrice ha regolarmente soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal contratto di fornitura.


CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note GARANZIA 48 MESI.

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della Althea Italia S.p.A. 

Il Consegnatario del bene 

Il referente Amm.vo dell'Azienda 

Il Responsabile della ditta fornitrice 

In Allegato:

- Certificati Installazione ditta fornitrice
- Scheda di verifica e collaudo
- Attestato di formazione rilasciato al personale
- Verbale di presa in carico beni mobili
- Altro