

ALLEGATO A - CERTIFICATO COLLAUDO APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

Con il presente la Commissione, atteso il superamento delle verifiche tecniche e documentali i cui esiti sono allegati al presente verbale, certifica che la fornitura di cui al Provvedimento n. 588 del 20/12/24, lotto 1 (se applicabile), della Committente ACRN SANTOBONO P. numero di ordinativo 4500895632 del 23/12/24 è da considerarsi completa e che pertanto il **COLLAUDO** è da considerarsi **SUPERATO**, e che a far data di sottoscrizione del presente verbale decorrerà l'inizio del periodo di garanzia ed assistenza tecnica full risk offerta.

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza.

Il Responsabile/delegato della ditta ALTHEA ITALIA S.p.A. Rosella Gm

Il Direttore U.O. assegnatario del bene Francesco Esposito **FRANCESCO ESPOSITO**

Il Responsabile/delegato della ditta fornitrice per de **MARCELO PAUOMI**

Il Responsabile UOSID Bioingegneria / Servizio Ingegneria Clinica della UOC Ufficio Tecnico Patrimoniale ed ICT

Luigi Lopez

Data 03 / 01 / 2024



ALTHEA
INTEGRATED HEALTHCARE
TECHNOLOGY MANAGEMENT

Althea Italia S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13
00148 Roma, Italia
Tel. +39 06 66100411
Fax +39 06 66100449

Cliente:

AORN SANTO BONO PAUSIURON

57541/CO

Data 03/01/24

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 588 del 20/12/24 la AORN SANTO BONO P., ha affidato alla Ditta MEDISOL la forniture delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
<u>A0013252</u>	<u>GE</u>	<u>SONDA</u>	<u>ML6-15-D</u>	<u>349265WP9</u>
<u>BENE PADRE: A0041532</u>				
Accessori				

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO USO DIAGNOSTICA IMMAG. presso la Struttura: SANTO BONO
IN EMERGENZA

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 30/12/24 con bolla nr. 917 ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 03/01/24 presso PIANO TERRA - P.S. - STANZA ECOGRAFIA sono convenuti i signori:

ROSSELLA CIORDANO Incaricato ALTHEA ;

M.G. CAROLA Incaricato BIOINGEGNERIA ;

MARCELLO PALIOTTI Incaricato DLTA ;

FRANCESCO ESPOSITO Incaricato REPARTO ;

I componenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda, la/e apparecchiatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nell'ordine sopra specificato,

CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

- 1) sono state regolarmente installate (vedi allegati);
- 2) sono regolarmente funzionanti;
- 3) sono rispondenti alle normative tecniche vigenti, per quanto rilevato dalla documentazione prodotta e dalle prove effettuate (vedi allegati);
- 4) hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62-122 (vedi allegati);
- 5) sono corredate di tutti i manuali d'uso e dei manuali tecnici;
- 6) possiedono le caratteristiche funzionali prescritte dalle normative vigenti;
- 7) sono state inventariate con i numeri precedentemente indicati;

Certificano inoltre che la ditta fornitrice ha regolarmente soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal contratto di fornitura.

CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note GARANZIA 12 MESI.

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della Althea Italia S.p.A. Romello Giul

Il Consegnatario del bene Amministratore

Il referente Amministratore dell'Azienda

Il Responsabile della ditta fornitrice medisol

In Allegato:

- Certificati Installazione ditta fornitrice
- Scheda di verifica e collaudo
- Attestato di formazione rilasciato al personale
- Verbale di presa in carico beni mobili
- Altro