

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 358 del 2019 la AORN SANTOBONO PAU, ha affidato alla Ditta SCOPINA PUGLIESE la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
A0013052	CESAREA	DOCKING POMPA	BODYGUARD 323	CV63670 V131860
A0013053	"	DOCKING POMPA	"	CV55868
A0013054	"	DOCKING POMPA	"	V120457
A0013055	"	DOCKING POMPA	"	CV63643
A0013056	"	DOCKING POMPA	"	
Accessori				
A0013057	"	POMPA	"	V131062
A0013059	"	DOCKING POMPA	"	CV63574
A0013058	"	POMPA	"	V131864

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO CENTRO USTIONI presso la Struttura: SANTOBONO

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 28/10/25 con bolla nr. 72 ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 29/10/25 presso PIAZZA 2 - PAD TORRE sono convenuti i signori:

DANICO MUSELLA Incaricato DITTA ;
TANIA ESPOSITO Incaricato REPARTO ;
ROSSELLA GIORDANO Incaricato ALTHEA ;
M.A. COPPOLA Incaricato BIOINGEGNERIA

I componenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda, la/e apparecchiatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nell'ordine sopra specificato,

CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

- 1) sono state regolarmente installate (vedi allegati);
 - 2) sono regolarmente funzionanti;
 - 3) sono rispondenti alle normative tecniche vigenti, per quanto rilevato dalla documentazione prodotta e dalle prove effettuate (vedi allegati);
 - 4) hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62-122 (vedi allegati);
 - 5) sono corredate di tutti i manuali d'uso e dei manuali tecnici;
 - 6) possiedono le caratteristiche funzionali prescritte dalle normative vigenti;
 - 7) sono state inventariate con i numeri precedentemente indicati;
- Certificano inoltre che la ditta fornitrice ha regolarmente soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal contratto di fornitura.

CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note CONDATO DUS

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della Althea Italia S.p.A. _____
 Il Consegnatario del bene [firma]
 Il referente Amm.vo dell'Azienda _____
 Il Responsabile della ditta fornitrice [firma]

- In Allegato:**
- Certificati Installazione ditta fornitrice
 - Scheda di verifica e collaudo
 - Attestato di formazione rilasciato al personale
 - Verbale di presa in carico beni mobili
 - Altro



Althea Italia S.p.A.
 Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13
 00148 Roma, Italia
 Tel. +39 06 66100411
 Fax +39 06 66100449

Cliente:

AORN SANTOBONO PAUSILIPON

57413/co

Data **29/01/25**

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° **358** del **2019** la **AORN SANTOBONO P.**, ha affidato alla Ditta **SCONNANIGLIO** la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Produtt. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
A0013045	CAREFUSION	POMPA	ALARIS SE	135192578
A0013046	"	"	"	135192591
A0013047	"	"	"	135224921
A0013048	"	"	"	135208939
A0013049	"	"	"	135208985
Accessori				
A0013050	CESARBEA	DOORWA	BODYGUARD 323	CV63652
A0013051	"	POMPA	"	V131816
A0013053				

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO **CENTRO OSTIONI** presso la Struttura: **SANTOBONO**

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data **28/01/25** con bolla nr. **72** ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno **29/01/25** presso **PIANO 1 - PAD TORRE** sono convenuti i signori:

DANILLO SESTI/ROSSELLA Incaricato **DITTA** ;
TANIA ESPOSITO Incaricato **REPARTO** ;
ROSSELLA GIORDANO Incaricato **ALTHEA** ;
M.G. COPPOLA Incaricato **BIONDI/ECQUERIA** ;

*** CONSEGNA AL 5 PIANO CHIRURGIA D'URGENZA**

I comparenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda, la/e apparecchiatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nell'ordine sopra specificato,

CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

- 1) sono state regolarmente installate (vedi allegati);
 - 2) sono regolarmente funzionanti;
 - 3) sono rispondenti alle normative tecniche vigenti, per quanto rilevato dalla documentazione prodotta e dalle prove effettuate (vedi allegati);
 - 4) hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62-122 (vedi allegati);
 - 5) sono corredate di tutti i manuali d'uso e dei manuali tecnici;
 - 6) possiedono le caratteristiche funzionali prescritte dalle normative vigenti;
 - 7) sono state inventariate con i numeri precedentemente indicati;
- Certificano inoltre che la ditta fornitrice ha regolarmente soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal contratto di fornitura.

CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note **COLLOCATO D'USO**

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della Althea Italia S.p.A. _____
 Il Consegnatario del bene **[Signature]**
 Il referente Amm.vo dell'Azienda _____
 Il Responsabile della ditta fornitrice **[Signature]**

In Allegato:

- Certificati Installazione ditta fornitrice
- Scheda di verifica e collaudo
- Attestato di formazione rilasciato al personale
- Verbale di presa in carico beni mobili
- Altro



Althea Italia S.p.A.
 Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13
 00148 Roma, Italia
 Tel. +39 06 66100411
 Fax +39 06 66100449

Cliente:

AORN SANTOBONO PAUSILIP.

57415/co

Data 29/01/25

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 358 del 2019 la AORN, ha affidato alla Ditta SCOGNANIGLIO la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
<u>ACC13045</u> <u>ACC13046</u>	<u>CAREFUSION</u> /	<u>POMPA</u> /	<u>ALARISE</u> /	<u>135192578</u> <u>135192591</u>

Accessori

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO PNEUMOLOGIA presso la Struttura: SANTOBONO

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 29/01/25 con bolla nr. _____ ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 29/01/25 presso PIANO 3 sono convenuti i signori:

DANILLO MUSELLA Incaricato DITTA ;
ROSSELLA GIORDANO Incaricato ALTHEA ;
SIMONA FASICO Incaricato REPARTO ;
M.G. COPPOLA Incaricato BIOLOGIA ;

I componenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda, la/e apparecchiatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nell'ordine sopra specificato,

CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

- 1) sono state regolarmente installate (vedi allegati);
 - 2) sono regolarmente funzionanti;
 - 3) sono rispondenti alle normative tecniche vigenti, per quanto rilevato dalla documentazione prodotta e dalle prove effettuate (vedi allegati);
 - 4) hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62-122 (vedi allegati);
 - 5) sono corredate di tutti i manuali d'uso e dei manuali tecnici;
 - 6) possiedono le caratteristiche funzionali prescritte dalle normative vigenti;
 - 7) sono state inventariate con i numeri precedentemente indicati;
- Certificano inoltre che la ditta fornitrice ha regolarmente soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal contratto di fornitura.

CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note CONDATO D'USO.

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della Althea Italia S.p.A. _____
 Il Consegnatario del bene Summa Paolo
 Il referente Amm.vo dell'Azienda _____
 Il Responsabile della ditta fornitrice _____

In Allegato:

- Certificati Installazione ditta fornitrice
- Scheda di verifica e collaudo
- Attestato di formazione rilasciato al personale
- Verbale di presa in carico beni mobili
- Altro

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

PREMESSO

Che con ordine/delibera n° 358 del 2019 la AORN, ha affidato alla Ditta SCOGNAMIGLIO la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Produtt. / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
A0013280	CAESAREA MED.	POMPA VOLUMETR.	BODYGUARD 323	V509265
A0013281	==	C.BATTERIA	REF. PCG00020	CV209394
A0013283	==	POMPA VOLUMETR.	BODYGUARD 323	V116012
A0013282	==	CARICA BATTI	PCG00020	CV43619
A0013284	==	POMPA V	BODYGUARD 323	V509247
A0013285	==	C.BATTI Accessori	PCG00020	CV209396
A0013286	==	POMPA VOLUM.	BODYGUARD 323	V501975
A0013287	==	CARICA BATTI	PCG00020	CV202224
A0013288	==	POMPA VOLUM.	BODYGUARD 323	V116010
A0013289	==	CARICA BATTI	PCG00020	CV63616

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO CENTRO USTIONI presso la Struttura: SANTOBONO

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 13/01/25 con bolla nr. 27 ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 17/01/25 presso PIANO 1 sono convenuti i signori:

TANIA ESPOSITO Incaricato REPARTO ;
DANILLO MUSELLA Incaricato DITTA ;
IL-G. COPPOLA Incaricato BIO INGEGNERIA ;
 Incaricato _____ ;

I componenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda, la/e apparecchiatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nell'ordine sopra specificato,

CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

- 1) sono state regolarmente installate (vedi allegati);
 - 2) sono regolarmente funzionanti;
 - 3) sono rispondenti alle normative tecniche vigenti, per quanto rilevato dalla documentazione prodotta e dalle prove effettuate (vedi allegati);
 - 4) hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62-122 (vedi allegati);
 - 5) sono corredate di tutti i manuali d'uso e dei manuali tecnici;
 - 6) possiedono le caratteristiche funzionali prescritte dalle normative vigenti;
 - 7) sono state inventariate con i numeri precedentemente indicati;
- Certificano inoltre che la ditta fornitrice ha regolarmente soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal contratto di fornitura.

CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note COLLAUDO BUONO, SI ACCETTA LA FORNITURA NELLE ATTESE DI POMPE VOLUMETRICHE A POPPO CAVALE.

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della Althea Italia S.p.A. Rosella M
 Il Consegnatario del bene x Gabriele Edrno
 Il referente Amm.vo dell'Azienda _____
 Il Responsabile della ditta fornitrice x Fabio Musella

In Allegato:

- Certificati Installazione ditta fornitrice
- Scheda di verifica e collaudo
- Attestato di formazione rilasciato al personale
- Verbale di presa in carico beni mobili
- Altro