

VERBALE DI COLLAUDO PER APPARECCHIATURE SANITARIE

SOSTITUZIONE IN GARANZIA **PREMESSO**

Che con ordine/delibera n° 744 LOT 2 del 18/10/2023 la AORN, ha affidato alla Ditta AHSI la fornitura delle seguenti apparecchiature:

N° invent.	Prodotto / Costruttore	Classe / Tipo	Modello	Matricola
AD0013028	THERMO ELECTRON	ULTRACONGELAT.	TSX60086FA	155021101241102
Accessori				

da assegnarsi all' U.O. / SERVIZIO LAB FASE 1 presso la Struttura: PAUSILIPON

- Che la suddetta ditta ha provveduto alla consegna della/e apparecchiatura/e in data 27/01/25 con bolla nr. 146 ed alla successiva installazione;
- Che occorre accertare, ove necessario in contraddittorio con la ditta fornitrice, l'avvenuta consegna/installazione ed il regolare funzionamento della/e apparecchiatura/edi cui sopra;

Per l'espletamento delle operazioni di collaudo il giorno 28/02/25 presso PIANO -2 - LAB FASE 1 sono convenuti i signori:

M.G. COPPOLA Incaricato BIOINGEGNERIA ;
PEPINO MIRABELLI Incaricato REPARTO ;
LUIGI COPPOLA Incaricato _____ ;
 _____ Incaricato _____ ;

I componenti, dato atto che la ditta sopra menzionata ha fornito a questa Azienda, la/e apparecchiatura/e richiamata/e in premessa, e che le medesime corrispondono a quelle descritte nell'ordine sopra specificato,

CERTIFICANO CHE LE APPARECCHIATURE INDICATE IN PREMESSA:

- 1) sono state regolarmente installate (vedi allegati);
- 2) sono regolarmente funzionanti;
- 3) sono rispondenti alle normative tecniche vigenti, per quanto rilevato dalla documentazione prodotta e dalle prove effettuate (vedi allegati);
- 4) hanno correttamente superato le prove e le misure strumentali di accettazione previste dalla Norma CEI 62-122 (vedi allegati);
- 5) sono corredate di tutti i manuali d'uso e dei manuali tecnici;
- 6) possiedono le caratteristiche funzionali prescritte dalle normative vigenti;
- 7) sono state inventariate con i numeri precedentemente indicati;

Certificano inoltre che la ditta fornitrice ha regolarmente soddisfatto tutti gli adempimenti previsti dal contratto di fornitura.

CERTIFICANO CHE L'ESITO DEL COLLAUDO E' POSITIVO

Note NB. IN ATTESA VSE ALTHEA - CL. SOSTITUISCE INVENTARIO AOO 12079
PER I DOCUMENTI FARE RIFERIMENTO AL COLLAUDO 2023 - CS0093

Letto, confermato e sottoscritto, per quanto di rispettiva competenza:

Il Responsabile/delegato della Althea Italia S.p.A. Rossello Gub
 Il Consegnatario del bene X Lu Gub
DEC ALTHEA
 Il referente Amm.vo dell'Azienda Cesario Verrini
 Il Responsabile della ditta fornitrice _____

In Allegato:

- Certificati Installazione ditta fornitrice
- Scheda di verifica e collaudo
- Attestato di formazione rilasciato al personale
- Verbale di presa in carico beni mobili
- Altro