

Descrizione

1) Nel foglio "Giudizi" i commissari svolgono le seguenti azioni:

a) inseriscono il valore numerico al criterio (come da capitolato)

b) esprimono il loro giudizio attribuendo uno dei seguenti valori: 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1 nelle celle corrispondenti alle righe Giudizio Commissario 1,2 o 3.

2) Nel foglio "Riparametrizzazione" vi sono tre tabelle:

ciascun commissario (viene effettuata la somma di tutti i giudizi di qualità espressi nel foglio "Giudizi") e viene poi indicato il valore medio espresso dai 3 commissari. Viene infine calcolato il valore massimo nella tabella "TABELLA DEGLI INDICI DI RIPARAMETRIZZAZIONE" viene calcolato l'indice di riparametrizzazione per ogni ditta (viene diviso il punteggio di qualità medio con il valore massimo individuato).

riparametrizzato (per ogni ditta viene moltiplicato il punteggio di qualità medio attribuito dai tre commissari con l'indice di riparametrizzazione corrispondente)

3) Nel foglio "Risultati di qualità" sono riportati i risultati finali ottenuti a seguito della riparametrizzazione (coincidono con la tabella "Risultati di qualità riparametrizzati" del Foglio "Riparametrizzazione")



LOTTO 01

Fornitura con posa in opera di Videorinolaringoscopi da destinare alla UOC Otorinolaringoiatria del Presidio Villa Bianca

M.END.EL. SRL

CRITERIO 1		Punti massimi attribuibili	15,00
Campo visivo (C) C=90° P=0; 91° ≤ C ≤ 100° P=10 C > 100° P=15		Giudizio Commissario 1	0,67
		Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,05
CRITERIO 2		Punti massimi attribuibili	10,00
Lunghezza di lavoro almeno 30 cm		Giudizio Commissario 1	0,70
		Punti qualità attribuiti Commissario 1	7,00
CRITERIO 3		Punti massimi attribuibili	10,00
Diametro esterno distale inferiore (D) D=3.5 P=0; 3 ≤ D < 3.5 P=5 D < 3 P= 10		Giudizio Commissario 1	1,00
		Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,00
CRITERIO 4		Punti massimi attribuibili	10,00
Range up/down		Giudizio Commissario 1	0,70
		Punti qualità attribuiti Commissario 1	7,00
CRITERIO 5		Punti massimi attribuibili	10,00
Caratteristiche Monitor: Risoluzione e funzioni visualizzazione		Giudizio Commissario 1	0,80
		Punti qualità attribuiti Commissario 1	8,00
CRITERIO 6		Punti massimi attribuibili	5,00
Dimensioni		Giudizio Commissario 1	0,60
		Punti qualità attribuiti commissario1	3,00
CRITERIO 7		Punti massimi attribuibili	5,00
		Giudizio Commissario 1	0,70

Memoria	Punti qualità attribuiti commissariol	3,50
CRITERIO 8	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti commissariol	4,00
Durata batteria		

LOTTO 01

Fornitura con posa in opera di Videorinolaringoscopi da destinare alla UOC Otorinolaringoiatria del Presidio Villa Bianca

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	M.END.EI. SRL
Punti qualità attribuiti Comm.1	52,55
Punteggio massimo attribuito	52,55
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	M.END.EI. SRL
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA ' RIPARAMETRIZZATI	M.END.EI. SRL
Punti qualità riparametrizzati	70,00

