


		MEDIFOR SRL
fornitura con posa in opera di seghe per rimozione gesso per le esigenze della UOC Ortopedia e Traumatologia del P.O. Santobono	CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili 20,00 Giudizio Commissario 1 1,00
	Caratteristiche funzionali (Velocità di rotazione giri motore, diverse modalità di rotazione)	Punti qualità attribuiti Commissario 1 20,00 Punti massimi attribuibili 20,00 Giudizio Commissario 1 1,00
CRITERIO 2 Ergonomia e praticità di utilizzo (dimensioni manopolo, impugnatura, dimensioni, visibilità durante il taglio, sicurezza per il paziente, etc)	Punti qualità attribuiti Commissario 1 20,00 Punti massimi attribuibili 20,00 Giudizio Commissario 1 1,00	Punti qualità attribuiti Commissario 1 20,00 Punti massimi attribuibili 10,00 Giudizio Commissario 1 1,00
	CRITERIO 3 Rumorosità	Punti qualità attribuiti Commissario 1 10,00 Punti massimi attribuibili 10,00 Giudizio Commissario 1 1,00
CRITERIO 4 Caratteristiche sistema di aspirazione	Punti qualità attribuiti Commissario 1 10,00 Punti massimi attribuibili 13,00 Giudizio Commissario 1 1,00	Punti qualità attribuiti Commissario 1 13,00 Punti massimi attribuibili 13,00 Giudizio Commissario 1 1,00
	CRITERIO 5 Caratteristiche materiali di consumo	Punti qualità attribuiti Commissario 1 3,00 Punti massimi attribuibili 3,00 Giudizio Commissario 1 1,00
CRITERIO 6 Personale tecnico deputato all'assistenza	Punti qualità attribuiti Commissario 1 1,00 Punti massimi attribuibili 1,00 Giudizio Commissario 1 1,00	Punti qualità attribuiti Commissario 1 1,00 Punti massimi attribuibili 1,00 Giudizio Commissario 1 1,00

<p>tecnica in possesso di formazione rilasciata al fabbricante (presentare documentazione attestante il possesso di tale requisito Si= 3 preferenziale)</p> <p>Punti Pi= 0 punti</p>	<p>Punti qualità attribuiti commissario1</p>	<p>3,00</p>
<p>CRITERIO 7</p> <p>Garanzia e manutenzione (minimo 24 mesi). Estensione della Assistenza tecnica Full Risk (denominata EAFR), oltre periodo minimo di 24 mesi obbligatorio richiesto per l'assistenza full risk, con la seguente attribuzione di punteggio: Se EAFR < 12 mesi, Pi=0; Se 12 ≤ EAFR < 24 mesi, Pi=2; Se EAFR ≥ 24 mesi, Pi=4;</p>	<p>Punti massimi attribuibili Giudizio Commissario 1</p> <p>Punti qualità attribuiti commissario1</p>	<p>4,00 1,00 4,00</p>

A.O.R.M.
 SANT'ANDREA AUSILIARIA
 Direzione Generale
 Ufficio di Direzione e Amministrazione
 Dott. Pasquale Guida

ornitura con posa in opera di Seghe per rimozione
 esso per le esigenze della UOC Ortopedia e
 raumatologia del P.O. Santobono

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	MEDIFOR SRL
Punti qualità attribuiti Comm.1	80,00
Punteggio massimo attribuito	80,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	
Punti qualità riparametrizzati	80,00



 SANTO
 P.O. Santobono
 Direttore
 P.O. Santobono

0

Fornitura con posa in opera di Seghe per rimozione gesso
per le esigenze della UOC Ortopedia e Traumatologia del
P.O. Santobono

DITTA PUNTEGGIO DI QUALITA'

MEDIFOR SRL

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


A.S.P. S. SANTOBONO
P.O. S. SANTOBONO
U.O. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Direttore Dott. Riccardo Guida

AGGIUDICATARIA

DESERTO

0

Fornitura con posa in opera di Seghe per rimozione gesso per le esigenze della UOC Ortopedia e Traumatologia del P.O. Santobono

80% qualità - 20% prezzo

PUNTEGGIO TOTALE

PREZZO PIU' BASSO
0,000

PREZZO BASE GARA
21.000,000

PREZZO OFFERTO

PUNTI PPBasso

PUNTI QUALITA'

DITTE

80

MEDIFOR SRL

0

0

0

0

Prodotto NON Conforme
Prodotto NON Conforme
Prodotto NON Conforme
Prodotto NON Conforme
Prodotto NON Conforme
Prodotto NON Conforme
Prodotto NON Conforme
Prodotto NON Conforme
Prodotto NON Conforme
Prodotto NON Conforme
Prodotto NON Conforme
Prodotto NON Conforme
Prodotto NON Conforme
Prodotto NON Conforme
Prodotto NON Conforme
Prodotto NON Conforme
Prodotto NON Conforme
Prodotto NON Conforme
Prodotto NON Conforme
Prodotto NON Conforme

NOTE

A.O.R. Santobono
SANTOBONO
DIREZIONE
Dott. P. Santobono
Direttore

