

Ricaricatura del posa in opera di n. 1 Ortopantomografo 2D da destinare alla UOSS Odontoiatria del Presidio Villa Bianca		BISECCO SRL	REVELLO SPA	SIRA SRL	STED SERVIZI E TECNOLOGIE ELETTRONOMICI SRL	TRADE ART 200
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Giudizio Commissario 1	0,80	0,90	0,90	0,80	0,90
Generatore / Tubo. Verranno valutate le caratteristiche costruttive del generatore, gli aspetti funzionali tra cui range frequenze, di tensione e di corrente regolabile, valori di alta frequenza, range di erogazione delle correnti, dimensioni della macchina fissa, la capacità di dissipazione termica	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00	13,50	13,50	12,00	13,50
	CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00	15,00	15,00
Generatore. Verranno valutate le caratteristiche costruttive, gli aspetti funzionali tra cui le specifiche tecniche costruttive, le dimensioni pixel, la risoluzione spaziale, la risoluzione di contrasto, DQE, specificazione attiva nelle varie modalità operative	Giudizio Commissario 1	0,50	0,80	1,00	0,80	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	7,50	12,00	15,00	12,00	15,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Giudizio Commissario 1	0,70	0,80	1,00	0,80	1,00
Programmi di acquisizione. Verranno valutate la funzionalità, efficacia e semplicità di utilizzo tra cui: - Software per gestione, ricostruzioni, simulazioni, pianificazioni implantari - Software per artefatti da movimento, da metallo	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,50	12,00	15,00	12,00	15,00
	CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00	15,00	15,00
Sistemi di riduzione della dose	Giudizio Commissario 1	0,70	0,70	1,00	0,70	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,50	10,50	15,00	10,50	15,00
CRITERIO 5	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Giudizio Commissario 1	0,10	0,10	1,00	0,70	0,90
Stazione di acquisizione. Verranno in particolare valutate: - la grandezza del display, - le dimensioni RAM, le specifiche del processore, la tipologia dell'hard disk e le dimensioni utili per archiviazione immagini	Punti qualità attribuiti Commissario 1	1,00	1,00	10,00	7,00	9,00
	CRITERIO 6	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00	10,00	10,00
Ergonomia dell'attrezzatura in termini di facilità di posizionamento del paziente - facilità nella comunicazione fra operatore e paziente - semplicità dei comandi su tavolo e consolle	Giudizio Commissario 1	0,80	0,80	1,00	0,80	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	8,00	8,00	10,00	8,00	10,00

Lotto 1

Fornitura con posa in opera di n. 1 Ortopantomografo 2D da destinare alla USPD Odontoiatria del Presidio Villa Bianca

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	BISECCO SRL	REVELLO SPA	SIRA SRL	STED SERVIZI E TECNOLOGIE ELETTRONICALL I SRL	TRADE ART 2000 SPA
Punti qualità attribuiti Comm.1	49,50	57,00	78,50	61,50	77,50
Punteggio massimo attribuito	78,50				
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	BISECCO SRL	REVELLO SPA	SIRA SRL	STED SERVIZI E TECNOLOGIE ELETTRONICALL I SRL	TRADE ART 2000 SPA
Coefficiente di riparametrizzazione	0,63	0,73	1,00	0,78	0,99
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	BISECCO SRL	REVELLO SPA	SIRA SRL	STED SERVIZI E TECNOLOGIE ELETTRONICALL I SRL	TRADE ART 2000 SPA
Punti qualità riparametrizzati	50,45	58,09	80,00	62,68	78,98

Lotto 1

Fornitura con posa in opera di n. 1 Ortopantomografo 2D da destinare alla UOSD Odontoiatria del Presidio Villa Bianca

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
BISECCO SRL	50,44585987
REVELLO SPA	58,08917197
SIRA SRL	80
STED SERVIZI E TECNOLOGIE ELETTROMEDICALI SRL	62,67515924
TRADE ART 2000 SPA	78,98089172
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

