

Lotto 2: Ecomografo multidisciplinare top di gamma per la U.O.C. Diagnostica per Immagini del P.O. Santobono CUP: H69I2500120006

| Tipologia | Descrizione | Unità Misura | Quantità | CND | Tipo Dispositivo | Repertorio | Produttore | Partita IVA | Nome Commerciale | Codice articolo Produttore | Basic UDI -DI | UDI-DI del primo livello di confezionamento | Conto Co.Ge. | Codice IVA | Iban conto dedicato | Prezzo unitario anno/ procedura al netto dell'iva | Prezzo Totale offerto al netto dell'iva | % DI RIBASSO RISPETTO AL PREZZO DI LISTINO | CCNL riferimento |
|--|--|--------------|----------|-----|------------------|------------|------------|-------------|------------------|----------------------------|---------------|---|--------------|------------|---------------------|---|---|--|------------------|
| | Fornitura, con posa in opera, di n. 1 ecomografo multidisciplinare top di gamma per la U.O.C. Diagnostica per Immagini completa di tutto quanto previsto dalla lex specialis di gara e comprensivo di garanzia e manutenzione full risk per 12 mesi | PZ | 1 | | | | | | | | | | | | | € | € | % | |
| SONDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sonda CONVEX ad altissima risoluzione per applicazioni addominali pediatriche adulti ovvero range circa 1-6Mhz, vascolari addominali; preposto allo studio della CEUS, shear wave ed elasto strain nella configurazione prevista dal questionario/capitolato tecnico | PZ | 1 | | | | | | | | | | | | | € | € | % | |
| | Sonda lineare a matrice attiva a frequenze almeno di 20Mhz per applicazioni pediatriche neonatali su tessuti molli e superficiali preposto allo studio della CEUS, shear wave ed elasto strain nella configurazione prevista dal questionario/capitolato tecnico | PZ | 1 | | | | | | | | | | | | | € | € | % | |
| | Sonda LINEARE ad altissima risoluzione per applicazioni pediatriche e neonatali, vascolari, parete addominale, small parts, preposta allo studio della CEUS, shear wave ed elasto strain. Escursione di frequenze circa 2-12 MHz nella configurazione prevista dal questionario/capitolato tecnico | PZ | 1 | | | | | | | | | | | | | € | € | % | |
| | Sonda tipo HOKEY STICK, ad alta frequenza, di ridotte dimensione e di contenuta apertura (circa 2 cm) per esami small parts, muscoloscheletrici, addominali pediatrici e neonatali, vascolari, preposta allo studio della CEUS nella configurazione prevista dal questionario/capitolato tecnico | PZ | 1 | | | | | | | | | | | | | € | € | % | |
| SERVIZIO PRELIEVO E SMALTIMENTO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Servizio di prelievo e smaltimento ecomografo matricola 200863USS (lotto 2 – GE Logiq E9); | PZ | 1 | | | | | | | | | | | | | € | € | % | |

NB il totale offerto, al netto dell'iva, deve essere necessariamente identico a quello inserito sulla piattaforma SIAPS

| | |
|--|---|
| TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO | € |
| di cui per oneri di sicurezza di cui all'art. 108 comma 9 DLGS 36/2023 | € |
| PERCENTUALE DI SCONTO APPLICATA RISPETTO ALL'IMPORTO A BASE DI GARA | % |