

Lotto 1: Ecotomografo multidisciplinare top di gamma per la U.O.C. TIN e Neonatologia del P.O. Santobono - CUP: H69I25000110006

Tipologia	Descrizione	Unità Misura	Quantità	CND	Tipo Dispositivo	Repertorio	Produttore	Partita IVA	Nome Commerciale	Codice articolo Produttore	Basic UDI -DI	UDI-DI del primo livello di confezionamento	Conto Co.Ge.	Codice IVA	Iban conto dedicato	Prezzo unitario anno/ procedura al netto dell'iva	Prezzo Totale offerto al netto dell'iva	% DI RIBASSO RISPETTO AL PREZZO DI LISTINO	CCNL riferimento
	Fornitura, con posa in opera, di n. 1 ecotomografo multidisciplinare top di gamma per la U.O.C. Neonatologia e TIN completa di tutto quanto previsto dalla lex specialis di gara e comprensivo di garanzia e manutenzione full risk per 12 mesi	PZ	1													€	€	%	
SONDE																			
	Sonda settoriale cardiologica neonatale (Phased Array) •Range di frequenze indicativo: ~5-15 MHz (o ampia banda simile) •Profondità di penetrazione tipica: da ~3 cm fino a circa 12 cm nella configurazione prevista dal questionario/capitolato tecnico	PZ	1													€	€	%	
	Sonda Cardiologica Pediatrica (Phased Array) •Range di frequenze indicativo: ~3-8 MHz (o ampia banda simile) •Profondità di penetrazione tipica: da ~4 cm fino a circa 15 cm nella configurazione prevista dal questionario/capitolato tecnico	PZ	1													€	€	%	
	Sonda microconvex multifrequenza •Range di frequenze indicativo: circa 4-9 MHz •Profondità di penetrazione tipica: ~8-12 cm (adeguata per distretti addominali e cranici nel neonato), nella configurazione prevista dal questionario/capitolato tecnico	PZ	1													€	€	%	
	Sonda lineare ad alta frequenza •Range di frequenze: circa 6-18 MHz (talvolta 7-18 MHz) •Profondità di penetrazione tipica: da 1-2 cm fino a ~5-6 cm nel range base, mentre a frequenze più alte (circa 14-18 MHz) a 2-3 cm, nella configurazione prevista dal questionario/capitolato tecnico	PZ	1													€	€	%	
	Sonda lineare "hockey stick" ad altissima frequenza •Range di frequenze: circa 8-20 MHz, 10-22 MHz o analogo •Profondità di penetrazione tipica: 1-4 cm circa (e comunque a seconda frequenza impostata) nella configurazione prevista dal questionario/capitolato tecnico	PZ	1													€	€	%	
SERVIZIO PRELIEVO E SMALTIMENTO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE																			
	Servizio di prelievo e smaltimento ecotomografo matricola 2622 (lotto 1 - Esaote Mylab class C)	PZ	1													€	€	%	

NB il totale offerto, al netto dell'iva, deve essere necessariamente identico a quello inserito sulla piattaforma SIAPS

TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO	€
di cui per oneri di sicurezza di cui all'art. 109 comma 9 DLGS 36/2023 PER IL VALORE LIQUIDATO	€
SCONTO APPLICATA RISPETTO ALL'IMPORTO A BASE DI GARA	%