



AVVISO DI CHIARIMENTI

Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, da espletarsi in modalità telematica e da affidarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura con posa in opera, suddivisa in 8 lotti, di apparecchiature elettromedicali varie di cui n 4 lotti da destinare presso Casa di Cura Villa Bianca- Importo complessivo a base di gara € 1.480.000,00 oltre Iva

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si ripotano di seguito le richieste di chiarimento pervenute con i relativi riscontri.

QUESITO n. 1

- a) *Con riferimento al LOTTO 7 nel dettaglio economico vengono citati: Fornitura triennale di n. 5 custom pack per vitrectomia 23G comprensivo di tutto quanto riportato nella lex specialis di gara; Fornitura triennale di n. 5 custom pack per vitrectomia 25G comprensivo di tutto quanto riportato nella lex specialis di gara; Fornitura triennale di n. 10 custom pack per cataratta comprensivo di tutto quanto riportato nella lex specialis di gara ma nella lex specialis di gara non abbiamo rilevato la composizione di questi ultimi. Chiediamo pertanto la pubblicazione della composizione dettagliata dei custom pack qui sopra indicati.*
- b) *Si chiede inoltre se le apparecchiature verranno acquistate da codesta spettabile S.A., escludendo quindi la modalità noleggio o service (comodato d'uso).*
- **Riscontro:**
- a) Si rinvia alla descrizione pagina 3 del questionario tecnico.
- b) Trattasi di acquisto.

QUESITO n. 2

In relazione alla specifica di minima "Postazione per assistente con controllo indipendente dell'ingrandimento e della messa a fuoco,", si rappresenta che la [omissis] con il prodotto che intende offrire consentirebbe all'operatore le stesse cose richieste in gara in quanto l'ingrandimento per il secondo osservatore non risulta importante in quanto con la ns tecnologia offerta il diametro dei percorsi ottici è identico tra 1° e 2°, per cui l'osservatore laterale non necessita un ingrandimento indipendente bensì potrebbe essere utile il controllo del fuoco, in quanto potrebbe avere differenti caratteristiche visive rispetto al chirurgo principale (miopia, astigmatismo, etc). Pertanto il prodotto [omissis] è assolutamente equivalente a quello richiesto in gara. Esiste peraltro solo un competitor in possesso di tutti i requisiti richiesti. Alla luce di quanto descritto si chiede il riconoscimento di equivalenza del prodotto[omissis], in caso contrario non ci sarebbe concorrenza, potendo partecipare alla procedura un solo competitor.

➤ **Riscontro:**

Si confermano le specifiche di capitolato. Resta ferma la possibilità di proporre soluzioni tecniche che saranno dichiarate equivalenti dall'operatore economico e che saranno valutate dalla commissione di gara.

QUESITO n. 3

- a) **Lotto 1:**
Con riferimento al lotto 1, in particolare a quanto riportato nell'allegato "questionario lotto 1": Per la voce Videolaparoscopio con "Rotazione dell'ottica 3D di 360° con possibilità di commutare l'immagine in 2D", si chiede conferma che sia possibile per il principio di equivalenza funzionale e nell'ambito della tolleranza del +/- 10%, poter offrire un videolaparoscopio con rotazione bilaterale di 175° con rotazione totale di 350°.
- b) *Per la voce Ottiche si chiede conferma che le uniche ottiche richieste siano quelle Ultra HD in grado di garantire la visualizzazione 4K della colonna endoscopica e che la disponibilità della "MINI-OTTICA da 1.9 mm 30° con sistema di introduzione Verres" sia da considerare come preferenziale.*
- c) *Per la Fonte luminosa si chiede di confermare la possibilità di offrire fonti luce al Led con durata testata di 10.000 ore e considerare come preferenziali durate superiori.*
- d) *Per il Sistema di registrazione e riproduzione di immagini e video in 3D e 4K per la caratteristica di "Hard disk interno minimo di 2TB" si chiede per il principio di equivalenza funzionale di poter offrire hard disk esterno.*
- e) *Per il Carrello alla richiesta "Almeno n. 2 supporti (bracci) porta monitor snodabili ed estensibili su lati opposti fino ad una distanza pari ad almeno 2,5 m tra i due monitor" si chiede di confermare, per il principio di equivalenza funzionale, la possibilità di offrire il secondo monitor installato su stativo mobile per consentire un distanziamento di almeno 2,5 metri tra i 2 monitor.*
- f) *Per l'insufflatore di CO2 ad alto flusso di almeno 50 litri/minuto, si chiede conferma per aprire la partecipazione al maggior numero di aziende presenti sul libero mercato, di poter partecipare offrendo un insufflatore con flusso massimo di 45 l/min in quanto tale parametro indica un flusso massimo di ripristino ma non compromette la funzionalità dell'insufflatore.*
- g) **Lotto 5:**
Con riferimento al lotto 5, in particolare a quanto riportato nell'allegato "questionario lotto 5": Per la voce "ELABORATORE DI IMMAGINI" si chiede conferma che per la caratteristica "Archiviazione immagini e esportazioni in FHD su supporti rimovibili" l'archiviazione è intesa solo per immagini statiche e non dinamiche. Nel caso sia necessaria l'archiviazione di immagini dinamiche si chiede di specificare le caratteristiche del videoregistratore richiesto.
- h) *Per la voce "TELECAMERA 2D" si chiede conferma che la caratteristica "Luce fredda a LED" trattasi di refuso in quanto tale caratteristica è attribuibile alla fonte luminosa e non alla testa di telecamera.*

➤ **Riscontro:**

Per i quesiti di cui ai punti a), b), c,) d), e) ed f) che precedono, si confermano le specifiche di capitolato. Resta ferma la possibilità di proporre soluzioni tecniche che saranno dichiarate equivalenti dall'operatore economico e che saranno valutate dalla commissione di gara.

- f) Il sistema deve essere in grado di registrare tutte le immagini prodotte.
- g) Trattasi di refuso.

QUESITO n. 4

- a) *con riferimento alla colonna chirurgica per ORL (Lotto n.5) siamo con la presente a chiedervi di specificare cosa si intenda per videofibroscopio digitale diretto da utilizzare con l'elaboratore immagini. Per definizione*

"curiamo i bambini, curiamo il futuro"

il fibroscopio è a fibre ottiche e pertanto non può essere digitale. Al contrario il videoendoscopio digitale, se digitale, non può essere a fibre ottiche. Inoltre vi chiediamo di chiarire cosa si intende per diretto;

b) *Infine si chiede di confermare che siano accettate ottiche di lunghezza 14 cm. di diametro 2,7 mm (e non 3 come da capitolato tecnico);*


➤ **Riscontro:**

- a)** Si intende fibroscopio per trasmissione immagini in associazione con telecamera e videoprocessore.
- b)** Si confermano le specifiche di capitolato. Resta ferma la possibilità di proporre soluzioni tecniche che saranno dichiarate equivalenti dall'operatore economico e che saranno valutate dalla commissione di gara, anche con riferimento a minime differenze dimensionali.

Il redattore
Giuseppe Ravo



Il Direttore U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Erica Ferri



Il RUP
Riccardo Savastano

