



AVVISO DI CHIARIMENTI

Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, da espletarsi in modalità telematica e da affidarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura, suddivisa in n. 2 lotti, di n. 2 ambulanze comprensive di accessori e dispositivi medici – Importo complessivo a base di gara € 330.000,00 oltre Iva.

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si ripotano di seguito le richieste di chiarimento pervenute con i relativi riscontri.

QUESITO n. 1

Porte posteriori con apertura a 270°: L'accessorio richiesto non rientra nella dotazione standard dei veicoli abitualmente in uso per la trasformazione in ambulanza. Preso atto della tempistica di consegna delle ambulanze richiesta in sede gara pari a 90 gg solari da ricevimento ordine, e considerando che i tempi di approvvigionamento veicolo presso le case costruttrici è stimabile in circa 3 mesi, si chiede possibilità di offrire un veicolo con apertura porte posteriori a 180°.

➤ **Riscontro:**

Si conferma quanto previsto dalle caratteristiche tecniche: l'apertura deve essere a 270 gradi.

QUESITO n. 2

Punto C: cabina guida: Si richiede mobiletto portaoggetti centrale fra i sedili. Il capitolato di gara prevede che siano presenti n. 3 sedili in cabina guida. La configurazione richiesta non prevede la possibilità di posizionare un mobiletto centrale, in quanto i tre sedili occupano tutta la larghezza della cabina guida. Si chiede pertanto conferma che la richiesta sia un refuso e che quindi non vada considerato il mobile richiesto.

➤ **Riscontro:**

Trattasi di refuso, confermando la soluzione a tre posti in cabina guida.

QUESITO n. 3

Punto D: vano sanitario: Viene richiesto: sedile contro marcia integrato nel modulo centrale dell'arredo in paratia divisoria. Per preservare l'area trattamento paziente in conformità alle normative di riferimento la parete divisoria non include moduli di arredi. Si chiede possibilità di offrire un sedile contromarcia a seduta ribaltabile, con basamento fissato a pavimento del veicolo stesso e con schienale adiacente alla parete divisoria.

➤ **Riscontro:**

Si confermano le specifiche di capitolato. Resta ferma la possibilità di proporre soluzioni tecniche che saranno dichiarate equivalenti dall'operatore economico e che saranno valutate dalla commissione di gara.

QUESITO n. 4

Punto E: impianto ossigeno: Viene richiesta una barra di compensazione con integrate 3 prese ad innesto rapido UNI che includano valvole di intercettazione allo scopo di poter sostituire eventuali prese danneggiate senza intervenire sull'impianto. La barra di distribuzione completa di prese UNI integrate non prevede la possibilità di inserire valvole di intercettazione per ogni singola presa. Si chiede possibilità di fornire impianto ossigeno completo degli accessori richiesti che non integri valvola di intercettazione specifica per ciascuna presa.

➤ **Riscontro:**

Preso atto che l'impianto dovrà essere conforme ai requisiti di legge in materia, si confermano le specifiche di capitolato. Resta ferma la possibilità di proporre soluzioni tecniche che saranno dichiarate equivalenti dall'operatore economico e che saranno valutate dalla commissione di gara.

QUESITO n. 5

Punto E: impianto ossigeno. Viene richiesta: fornitura di n. 2 bombole da litri 7. Si chiede conferma che trattasi di un refuso e che non debbano essere fornite le bombole, prendendo atto che i fornitori di gas ossigeno medicale come da disposizione dell'AIFA sono responsabili anche del contenitore (bombola) per il contenimento dell'ossigeno stesso.

➤ **Riscontro:**

Trattasi di refuso. Le bombole verranno fornite dalla Committente.

QUESITO n. 6

Punto G paragrafo c: batteria supplementare: Viene richiesta: batteria supplementare 150 Ah. Vista la presenza di dispositivi di ultima generazione (illuminazione a LED, dispositivi elettronici a basso consumo) si chiede possibilità di offrire una batteria supplementare da 100 Ah in grado di asservire al funzionamento dei dispositivi elettronici di bordo, consentendo inoltre una più rapida ricarica della stessa durante la marcia del veicolo.

➤ **Riscontro:**

La batteria supplementare da fornire deve essere in grado di alimentare tutti i dispositivi elettronici presenti a bordo e di specifico uso dell'ambulanza, e comunque conforme alla norma europea UNI EN 1789 punto 4.3.3 e s.m.i..

QUESITO n. 7


Garanzia: Si chiede di specificare la durata della garanzia standard relativa a veicolo, allestimento, e dispositivi medici destinati al trasporto ed immobilizzazione (barella, sedia portantina)

➤ **Riscontro:**

La fornitura prevede l'esecuzione di attività di manutenzione nell'ambito della garanzia di legge di 12 mesi al fine di non compromettere validità ed efficacia della garanzia stessa.


Il Supporto giuridico al RUP

Giuseppe Ravo




Il RUP

Riccardo Savastano



Il Direttore U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Erica Ferri



"curiamo i bambini, curiamo il futuro"