

PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI DPI ED ALTRI DISPOSITIVI PER LE NECESSITA' DEI PP.OO. SANTOBONO - PAUSILIPON - Importo a base di gara € 519.900,00 oltre Iva - Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

LOTTO	DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE	DOCUMENTAZIONE DI GARA IN LINGUA ITALIANA/INGLESE/FRANCESE	QUANTITA' QUADRIENNALE	PREZZO A BASE DI GARA PER UDM	TOTALE POSTO A BASE DI GARA	CAMPIONATURA
1	CAMICI CHIRURGICI DPI III CAT.(D.LGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN ISO 13688:2013 , UNI EN 14126:2004. MARCHIO CE	IN TNT, IDROREPELLENTI, TRASPIRANTI. CHIUSURA CON LACCI SUL COLLO E VITA. ELASTICI AI POLSINI. DISPONIBILITA' DI MISURA XS,S,M,L,XL. CONFEZIONATI SINGOLARMENTE PER PRESERVARE LA STERILITA' DEL PRODOTTO.	Scheda tecnica, Dichiarazione di conformità, Certificazione CE di tipo dall'Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come DPI (si ribadisce a tal riguardo che deve essere stata emessa per il produttore una certificazione CE di tipo dall'Organismo Notificato che attesti la marcatura Ce come DPI, con i requisiti prescritti dalle norme tecniche di riferimento e che evidenzia che il DPI è in III categoria)	10.700	3,00 €	32.100,00 €	NO
2	CUFFIE COPRICAPO MONOUSO CON LACCI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795:2019 UNI EN 13688:2013, UNI EN14126. MARCHIO CE	MONOUSO IN TNT, TRASPIRANTI, DOTATE DI LACCI DIETRO LA NUCA DI LUNGHEZZA SUFFICIENTE AD ASSICURARE UNA FACILE ED IDONEA ALLACCIATURA; LATEX FREE. COLORE AZZURRO/VERDE. TAGLIA UNICA	Scheda tecnica, Dichiarazione di conformità, Certificazione CE di tipo dall'Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come DPI (si ribadisce a tal riguardo che deve essere stata emessa per il produttore una certificazione CE di tipo dall'Organismo Notificato che attesti la marcatura Ce come DPI, con i requisiti prescritti dalle norme tecniche di riferimento e che evidenzia che il DPI è in III categoria)	80.000	0,10 €	8.000,00 €	NO
3	CUFFIE COPRICAPO MONOUSO (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795:2019 UNI EN 13688:2013 UNI EN14126. MARCHIO CE	CUFFIA COPRICAPO MONOUSO IN TNT DOTATO DI ELASTICO CIRCOLARE UNICO E MORBIDO, CONFORMATO IN MODO TALE DA RACCHIUDERE LA TESTA SENZA FASTIDIO , LATEX FREE LA CUFFIA DEVE PERMETTERE LA NATURALE TRASPIRAZIONE DEL CUOIO CAPELLUTO COLORE AZZURRO/VERDE TAGLIA UNICA	Scheda tecnica, Dichiarazione di conformità, Certificazione CE di tipo dall'Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come DPI (si ribadisce a tal riguardo che deve essere stata emessa per il produttore una certificazione CE di tipo dall'Organismo Notificato che attesti la marcatura Ce come DPI, con i requisiti prescritti dalle norme tecniche di riferimento e che evidenzia che il DPI è in II categoria)	80.000	0,15 €	12.000,00 €	NO
4	CAMICI MONOUSO NON STERILI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 13795 MARCHIO CE	IN TNT TRASPIRANTE E IDROREPELENTE; NON STERILE; DOTATI DI ALLACCIATURA POSTERIORE CON LACCI IDROREPELENTE LATEX FREE;DISPONIBILE PREFERIBILMENTE NEI COLORI VERDE/AZZURRO VESTIBILITA'TAGLIE DALLA S ALLA XL	Scheda tecnica, Dichiarazione di conformità, Certificazione CE di tipo dall'Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come DPI (si ribadisce a tal riguardo che deve essere stata emessa per il produttore una certificazione CE di tipo dall'Organismo Notificato che attesti la marcatura Ce come DPI, con i requisiti prescritti dalle norme tecniche di riferimento e che evidenzia che il DPI è in II categoria)	534.000	0,80 €	427.200,00 €	NO
5	GUANTI TERMO - PROTETTIVI PER AUTOCLAVI (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 388; UNI EN 407; MARCHIO CE	PROTEZIONE MANI E AVAMBRACCI , A 5 DITA ESTREMA RESISTENZA AL CALORE COMFORT OTTIMALE PER GLI OPERATORI, IMMEDIATA INDIVIDUAZIONE GRAZIE AL PARTICOLARE COLORE BUONA TATTILITÀ	Scheda tecnica, Dichiarazione di conformità, Certificazione CE di tipo dall'Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come DPI (si ribadisce a tal riguardo che deve essere stata emessa per il produttore una certificazione CE di tipo dall'Organismo Notificato che attesti la marcatura Ce come DPI, con i requisiti prescritti dalle norme tecniche di riferimento e che evidenzia che il DPI è in II categoria)	28	250,00 €	7.000,00 €	SI - 2 PZ

6	<p>GUANTI ANTTAGLIO (DLGS 425/2016). Conformità alle norme UNI EN 388-1; UNI-EN 374/1-2 MARCHIO CE</p>	<p>I PROTEZIONE AL TAGLIO E ALLE PERFORAZIONI LIVELLI PRESTAZIONALE: - PENETRAZIONE 2 O SUPERIORE;- PERMEAZIONE 2 O SUPERIORE; - RESISTENZA AL TAGLIO:MINIMO 2 O SUPERIORE; - RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE: MINIMO 2 O SUPERIORE). TRASPIRANTE E LEGGERO OTTIMA VESTIBILITÀ BUONA RESISTENZA ALLE ABRASIONI, OTTIMA DESTREZZA E SENSIBILITÀ LAVABILE E STERILIZZABILE; DOTATI DI POLSINO ELASTICO RINFORZATO DISPONIBILITÀ DI MISURA/TAGLIA XS, S, M, L, XL , IDENTIFICATE TRAMITE CODICE COLORE POSTO SUL POLSINO, PER UNA CORRETTA ED IMMEDIATA IDENTIFICAZIONE. LATEX FREE</p>	<p>Scheda tecnica, Dichiarazione di conformità, Certificazione CE di tipo dall'Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come DPI (si ribadisce a tal riguardo che deve essere stata emessa per il produttore una certificazione CE di tipo dall'Organismo Notificato che attesti la marcatura Ce come DPI, con i requisiti prescritti dalle norme tecniche di riferimento e che evidenzi che il DPI è in II categoria)</p>	200	30,00 €	6.000,00 €	SI - 2 PZ
7	<p>CONTENITORE PORTA AGHI MAGNETICO MARCHIO CE</p>	<p>REALIZZATI CON MATERIALI RESISTENTI ALLA PUNTURA E ALLE PERDITE DI LIQUIDO SUI LATI DISPOSITIVO STERILE OGNI CONTENITORE DOVRÀ AVERE UNA PROPRIA CONFEZIONE; SUPERFICIE INTERNA DEL CONTENITORE MAGNETICA E NUMERATA, CON NUMERAZIONE DI FACILE LETTURA; L'APERTURA DEVE ESSERE IDENTIFICABILE, SICURA E FACILMENTE ACCESSIBILE; IL CONTENITORE DEVE ESSERE CONFORMATO PREFERIBILMENTE IN MODO TALE DA IMPEDIRE LA FUORIUSCITA DEL CONTENUTO DURANTE L'USO, DURANTE LE OPERAZIONI DI CHIUSURA E SIGILLATURA, DURANTE IL TRASPORTO ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO E IN CASO DI ROVESCIAIMENTO ACCIDENTALE; CHIUSURA DI SICUREZZA RESISTENTE AD APERTURE ACCIDENTALI, CON POSSIBILITÀ DI RIAPERTURA PER EVENTUALE ULTERIORE CONTA; SISTEMA DI ESTRAZIONE DELLA LAMA DEL BISTURI DALL'IMPUGNATURA DELLO STESSO; CAPACITÀ NON INFERIORE A 20 CONTE;</p>	<p>Scheda tecnica, Dichiarazione di conformità, Certificazione CE di tipo dall'Organismo Notificato</p>	24.000	0,80 €	19.200,00 €	SI -2 PZ
8	<p>SISTEMA PER TRASFERIMENTO PAZIENTE MARCHIO CE</p>	<p>SISTEMA DI TRASFERIMENTO NO-LIFT PER PROCEDURE DI TRASFERIMENTO LATERALE DEL PAZIENTE LETTO/LETTO E LETTO/BARELLA/TAVOLO. COSTITUITO DA UN MATERASSINO SEMIRIGIDO IN MATERIALE SCHIUMOSO LEGGERO, INDEFORMABILE, RIVESTITO IN NYLON TEFLONIZZATO E DA UN TELO TUBOLARE ROTANTE, ANTISTRAPPO, IGNIFUGO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO. RADIOTRASPARENTE E AMAGNETICO FACILMENTE LAVABILE E STERILIZZABILE DIMENSIONI: 170 X 50 CM; PIEGHEVOLE; PORTATA MASSIMA 150 KG; PESO: <3KG; SI RICHIEDE UNA GARANZIA DI ALMENO 2 ANNI.</p>	<p>Scheda tecnica, Dichiarazione di conformità, Certificazione CE di tipo dall'Organismo Notificato che attesti la marcatura CE</p>	28	300,00 €	8.400,00 €	SI - 1PZ
IMPORTO A BASE D'ASTA						519.900,00 €	

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE= MINORE PREZZO