


UOC Tecnico Patrimoniale e ICT – AREA Ingegneria Clinica


Via Teresa Ravaschieri, 8 – 80122 Napoli
Tel. 0812205286 – Fax 0812205204



Oggetto: - Fornitura con posa in opera di un sistema di monitoraggio multiparametrico - Relazione Tecnica

Con riferimento all'oggetto, si rappresenta che i nr. 6 monitor multiparametrici dovranno essere installati presso il reparto Trapianto Midollo Osseo sito al II Piano del Presidio Ospedaliero Pausilipon, all'interno dei locali che verranno individuati dalla Committente, presso cui la configurazione dei testateletto, dotati di prese elettriche Schuko UNEL e di punti LAN per il collegamento alle centrali di monitoraggio, prevede anche la presenza di un braccio portamonitor a parete con attacco VESA aventi le seguenti caratteristiche:



Monitor adaption	VESA 75/100
Colours to choose	decorative parts RAL 5013 cobalt blue / RAL 7024 graphite grey aluminum parts RAL 9016 traffic white / RAL 9002 grey white
Max. load capacity support arm	18 kg / 39.7 lbs
Max. load monitor adaptation	18 kg / 39.7 lbs
Product weight	3.1 kg / 6.8 lbs





Con riferimento alle nr. 2 centrali di monitoraggio, queste dovranno essere installate nella medicheria e nel locale sala procedure che verrà individuata dalla committente.

Si rappresenta infine che in tutto il reparto sono presente i cablaggi LAN riportati nel rack di piano, tali da garantire il corretto interfacciamento tra i monitor e le centrali.

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente relazione, si rimanda a quanto riportato nel capitolato tecnico.