

Relazione della Commissione

Nelle sedute riservate del 18/12/2023, 12/01/2024 e 18/01/2024, i componenti della commissione, nominati con Determina Dirigenziale n. 414 del 21/09/2023 per la **procedura di gara sottosoglia mediante Richiesta di Offerta n. 3425854 sul mercato elettronico della P.A. per la fornitura, installazione e assistenza full risk di nr. 11 microscopi ottici - importo a base di gara € 170.000,00, oltre IVA - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - N. Gara 9176830**, hanno esaminato la documentazione tecnica pervenuta sulla piattaforma digitale MePA. Al termine dei lavori, la commissione conclude quanto segue:

LOTTO 1

Criterio 1

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano il requisito richiesto.

Criterio 2

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano il requisito richiesto.

Criterio 3

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano il requisito richiesto.

Nikon Europe offre una qualità d'immagine di 12 Mpixel ed ottiene il massimo punteggio a differenza della Evident Europe (5 Mpixel) e Labwaretools (8.3 Mpixel) a cui viene attribuito un punteggio inferiore;

Criterio 4

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano il requisito richiesto.

Nikon Europe offre una qualità d'immagine di 12 Mpixel ed ottiene il massimo punteggio a differenza della Evident Europe (5 Mpixel) e Evident Labwaretools (8.3 Mpixel) a cui viene attribuito un punteggio inferiore;

Criterio 5

Nikon Europe e Labwaretools ottengono il massimo punteggio. Evident non ha presentato i questionari tecnici e la documentazione è in lingua inglese;

Criterio 6

Nessuna delle offerenti offre un servizio di garanzia e manutenzione superiore o uguale ai 36 mesi per l'attribuzione di punteggio.

Il punteggio attribuito all'offerta tecnica della **Evident Europe GMBH** non supera la soglia di sbarramento prevista con un punteggio minimo di 42/70 e pertanto ai sensi dell'art.6 delle "Condizioni particolari di fornitura e disciplinare di gara", non è ammessa al prosieguo di gara

LOTTO 2

La Nikon Europe offre il Sistema Operativo Window 10 Pro con downgrade a Windows 7 e la Microsoft dal 10/01/2023 non mette più a disposizione aggiornamenti di sicurezza e supporto tecnico (cfr. <https://www.microsoft.com/it-it/windows/end-of-support?r=1>) e non consente l'interfacciamento con la rete aziendale. Inoltre, offre un processore Intel i7-6700K (anno di produzione 2015 appartenente alla sesta generazione della linea i7 ed attualmente commercializza la dodicesima generazione) e tenuto conto che nel capitolato tecnico è stato richiesto di fornire una postazione pc con sistema operativo **almeno** Windows 10Pro e processore di **ultima generazione**, si ritiene che l'offerta tecnica della Nikon Europe non rispetta i criteri minimi, pertanto è esclusa.

Criterio 1

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano pienamente il requisito richiesto.

La Leica Microsystem offre un sistema di illuminazione più performante (durata prevista di >100.000 h) ed ottiene il massimo punteggio a differenza della Evident Europe a cui è attribuito un punteggio inferiore perché offre un sistema di illuminazione con durata prevista di 20.000 h.

Criterio 2

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano pienamente il requisito richiesto.

Criterio 3

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano pienamente il requisito richiesto.

Criterio 4

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano pienamente il requisito richiesto.

Criterio 5

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano pienamente il requisito richiesto.

Criterio 6

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano pienamente il requisito richiesto.

La Leica Microsystem offre la regolazione dei comandi anche in verticale ed ottiene il punteggio massimo.

Criterio 7

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano pienamente il requisito richiesto.

La Leica Microsystem offre una risoluzione degli obiettivi migliore rispetto a quella offerta dalla Evident Europe.

Criterio 8

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano pienamente il requisito richiesto.

La Leica Microsystem offre una con cappa condensatrice scamottabile ed ottiene il punteggio maggiore.

Criterio 9

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano pienamente il requisito richiesto.

La Leica Microsystem offre una fotocamera più performante con risoluzione: 12 MPixel ed ottiene il massimo punteggio a differenza della Evident Europe a cui è attribuito un punteggio inferiore perché offre una fotocamera da 8,9 MPixel.

Criterio 10

I prodotti presentati dalla Leica Microsystem e Evident Europe soddisfano pienamente il requisito richiesto.

Criterio 11

La Evident Europe offre quanto richiesto nel Capitolato tecnico e pertanto viene valutata con punteggio pieno. La Leica Microsystem nonostante offra un PC Workstation W1(codice 11640711) di cui non è identificabile il Sistema operativo viene comunque valutata con punteggio massimo perché offre l'Enersight Piattaforma software per microscopia integrata che include tutte le funzionalità richieste; infatti, l'interfaccia è utilizzabile anche senza connessione al pc.

Criterio 12

Nessuna delle offerenti offre un servizio di garanzia e manutenzione superiore o uguale ai 36 mesi per l'attribuzione di punteggio.

LOTTO 3

Criterio 1

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto;

Criterio 2

Handwritten signatures and initials, including a large 'M', 'CB', the number '2', and 'NS'.

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto;

Criterio 3

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto;

Criterio 4

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto;

Criterio 5

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto;

Criterio 6

La garanzia presentata dalla Offerente, viene proposta per 6 mesi oltre i 24 mesi richiesti dal Capitolato, ma è comunque inferiore ai 36 mesi per i quali è previsto l'attribuzione di punteggio.

LOTTO 4

La Commissione valuta l'offerta tecnica della Labwaretools e rileva la mancanza di alcuni requisiti minimi (tavolino con rivestimento ceramico e tubo trinoculare con deviazione della luce 50% e 50%) pertanto dispone ai sensi dell'art.3 delle Condizioni particolari di fornitura, l'esclusione della partecipante.

Criterio 1

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano pienamente il requisito richiesto, la Leica Microsystem offre la regolazione dei comandi anche in verticale ed ottiene il punteggio massimo.

Criterio 2

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano il requisito richiesto, la Leica Microsystem offre anche la regolazione della messa a fuoco semi-micro ed ottiene il punteggio massimo.

Criterio 3

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano il requisito richiesto, la Leica Microsystem offre un condensatore con scala graduata del diaframma di apertura con i riferimenti colorati ed ottiene il punteggio massimo, la Nikon Europe offre un condensatore acromatico ed ottiene un punteggio inferiore.

Criterio 4

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano pienamente il requisito richiesto, la Leica Microsystem offre un obiettivo in più (5x) ed ottiene il punteggio massimo.

Criterio 5

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano il requisito richiesto.

La Nikon ottiene la sufficienza perché nonostante offra un monitor più performante (40"), il software di gestione delle immagini è utilizzabile in ambiente Windows con versioni obsolete non più in dotazione all'azienda.

Criterio 6

Nessuna delle offerenti offre un servizio di garanzia e manutenzione superiore o uguale ai 36 mesi per l'attribuzione di punteggio.

LOTTO 5

La Commissione valuta l'offerta tecnica della Labwaretools e rileva la mancanza di alcuni requisiti minimi (tavolino con rivestimento ceramico e tubo trinoculare con deviazione della luce 50% e 50%) pertanto dispone ai sensi dell'art.3 delle Condizioni particolari di fornitura, l'esclusione della partecipante.

Criterio 1

Handwritten signatures and a number 3.

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano pienamente il requisito richiesto, la Leica Microsystem offre la regolazione dei comandi anche in verticale ed ottiene il punteggio massimo.

Criterio 2

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano il requisito richiesto, la Leica Microsystem offre anche la regolazione della messa a fuoco semi-micro ed ottiene il punteggio massimo.

Criterio 3

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano il requisito richiesto, la Leica Microsystem offre un condensatore con scala graduata del diaframma di apertura con i riferimenti colorati ed ottiene il punteggio massimo, la Nikon Europe offre un condensatore acromatico ed ottiene un punteggio inferiore.

Criterio 4

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano pienamente il requisito richiesto, la Leica Microsystem offre obiettivo in più (da 5x) ed ottiene il punteggio massimo.

Criterio 5

Nessuna delle offerenti offre un servizio di garanzia e manutenzione superiore o uguale ai 36 mesi per l'attribuzione di punteggio.

LOTTO 6

La Commissione valuta l'offerta tecnica della Labwaretools e rileva la mancanza di alcuni requisiti minimi (tavolino con rivestimento ceramico e tubo trinoculare con deviazione della luce 0/50/100 con coppia di oculari 10x/25) pertanto dispone ai sensi dell'art.3 delle Condizioni particolari di fornitura, l'esclusione della partecipante.

Criterio 1

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto.

Criterio 2

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto.

Criterio 3

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto.

Criterio 4

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto.

Criterio 5

I prodotti presentati dalle offerenti soddisfano il requisito richiesto, la Nikon Europe ottiene la sufficienza perché offre un monitor più performante (40") ma il software di gestione delle immagini è utilizzabile in ambiente Microsoft Windows con versioni obsolete non più in dotazione all'azienda.

Criterio 6

Il prodotto presentato soddisfa pienamente il requisito richiesto.

Criterio 7

La garanzia presentata dalla Offerente, viene proposta per 6 mesi oltre i 24 mesi richiesti dal Capitolato, pertanto la Commissione attribuisce zero punti.

La presente relazione tecnica si compone di n.5 pagine.

PRESIDENTE: dott. Michele Rocco _____; *Michele Rocco*
COMPONENTE: dott.ssa Chiara Botti _____; *Chiara Botti*
COMPONENTE: dott. Mario Toriello _____; *Mario Toriello*