

Descrizione

1) Nel foglio "Giudizi" i commissari svolgono le seguenti azioni:

a) inseriscono il valore numerico al criterio (come da capitolato)

b) esprimono il loro giudizio attribuendo uno dei seguenti valori: 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1 nelle celle corrispondenti alle righe Giudizio Commissario 1,2 o 3.

2) Nel foglio "Riparametrizzazione" vi sono tre tabelle:

ciascun commissario (viene effettuata la somma di tutti i giudizi di qualità espressi nel foglio "Giudizi") e viene poi indicato il valore medio espresso dai 3 commissari. Viene infine calcolato il valore massimo nella tabella "TABELLA DEGLI INDICI DI RIPARAMETRIZZAZIONE" viene calcolato l'indice di riparametrizzazione per ogni ditta (viene diviso il punteggio di qualità medio con il valore massimo individuato).

riparametrizzato (per ogni ditta viene moltiplicato il punteggio di qualità medio attribuito dai tre commissari con l'indice di riparametrizzazione corrispondente)

3) Nel foglio "Risultati di qualità" sono riportati i risultati finali ottenuti a seguito della riparametrizzazione (coincidono con la tabella "Risultati di qualità riparametrizzati" del Foglio "Riparametrizzazione")

A.O.R.N. SANTOBONO-PAUSILIPON
U.O.C. NEUROLOGIA
Dott. Antonio Varone
NA 02/1862



NOLEGGIO BIENNALE CAPNOGRAFO

BURKE & BURKE

CRITERIO 1 Resa Diagnostica (qualità tracciato, trend, velocità di reazione)	Punti massimi attribuibili	15,00
	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00
CRITERIO 2 Display (dimensioni)	Punti massimi attribuibili	15,00
	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00
CRITERIO 3 Dimensioni dello strumento	Punti massimi attribuibili	12,00
	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	9,60
CRITERIO 4 Sistema di esportazione dati (caratteristiche migliorative)	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	4,00
CRITERIO 5 Caratteristiche funzionali	Punti massimi attribuibili	8,00
	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	6,40
CRITERIO 6 Capacità di archiviazione	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	4,00
CRITERIO 7 Consumabili (durata della vita	Punti massimi attribuibili	15,00
	Giudizio Commissario 1	0,80

A.O.R.N. SANTO PAUSILIPON
U.O.C. NEFROLOGIA
Dott. Angelo Varone
NA/021862

della membrana, clips, capacità delle bombole)	Punti qualità attribuiti Commissario1	12,00
CRITERIO 8 Personale tecnico deputato all'assistenza tecnica in possesso di formazione rilasciata dal fabbricante	Punti massimi attribuibili	5,00
	Giudizio Commissario 1	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario1	4,00

A.O.R.N. SANTOPONO-PAUSILIPON
U.O.C. NEUROLOGIA
 Dott.  Varone
 N. 01862

NOLEGGIO BIENNALE CAPNOGRAFO

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	BURKE & BURKE
Punti qualità attribuiti Comm.1	64,00
Punteggio massimo attribuito	64,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	BURKE & BURKE
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	BURKE & BURKE
Punti qualità riparametrizzati	80,00

A.O.R.N. SANTORONNO-PAUSILIPON

U.O.C. NEUROLOGIA

Dott. Antonio Varone

NA 011862



