

Nr. Rapporto di Intervento

Siemens Healthcare S.r.l.
Customer Care Center
via Vipiteno 4, 20128 Milano

AZIENDA OSP. SANTOBONO - PAUSILLIPON

VIA POSILLIPO 226
80123 NAPOLI

Contatto di Riferimento: SHS Service Desk Italia
Telefono: Tel. 800 827119

E-mail: servicedesk.team@siemens-healthineers.com

Nr. Rapporto di Intervento 600003274225 / 0003

Codice Cliente 1000162132

Numero rif. Interno 40248347

Vs. partita IVA: IT06854100630

Vs. Codice Fiscale: 06854100630

Tipo di Attività	Servizio / Riparazione	Data apertura ticket	26.09.2024 14:48
Segnalato da	Andrea Esposito	Nome Sistema	MAGNETOM Sola
Nr.Telefono	081 220 57 23 /EXT	Eseguito da	Sig. Sansone
Riferimento Cliente	.	Durata	20.12.2024 - 20.12.2024 09:30:00 14:00:00
Nr. Ordine Cliente	2024/1372/TICK	Id Sistema	1059137826-183939

Motivo della Chiamata Stato segnalato 1=Guasto totale

LIVELLO ELIO BASSO

Parti sostituite / Ore utilizzate

Posizione	Numero materiale	Descrizione	Unità	Quantità
000010		Tempo di lavoro (in ore)		4,50
000020		Tempo di viaggio (in ore)		2,00

Lavoro eseguito:

Riempimento (Acqua, Criogenia, Gas, ..); -

Eseguito riempimento di 500 litri di elio liquido, livello iniziale 378 litro finale 848.

Sistema funzionante

Nr. Rapporto di Intervento

Nr. Rapporto di Intervento 600003274225 / 0003
Codice Cliente 1000162132
Numero rif. Interno 40248347
Vs. partita IVA: IT06854100630



Sig. Sansone
Data 20.12.2024
Firma del tecnico



Rossiy
Data 20.12.2024
Le attività svolte sono confermate con la
firma del Cliente