

LOTTO 2		70,00			
Contenitore da 90 ml		Bio-Optica	DIAPATH S.P.A.	GS MEDICAL	Laboindustria
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	30,00	30,00	30,00	30,00
Maneggevolezza del dispositivo:	Giudizio Commissario 1	0,60	0,80	0,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	18,00	24,00	0,00	0,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00	20,00
La formalina deve essere contenuta in una capsula sigillata e solo dopo aver introdotto il campione biotico all'interno della base è	Giudizio Commissario 1	0,60	0,80	0,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	12,00	16,00	0,00	0,00
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00	10,00	10,00
Assenza di spandimenti rilevabili visivamente all'apertura del contenitore	Giudizio Commissario 1	0,40	0,80	0,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	4,00	8,00	0,00	0,00
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00	10,00	10,00
Stabilità del contenitore (contro ribaltamento durante allestimento/utilizzo	Giudizio Commissario 1	0,60	0,80	0,00	0,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	6,00	8,00	0,00	0,00

LOTTO 2

Contenitore da 90 ml

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	Bio-Optica	DIAPATH S.P.A.	GS MEDICAL	Laboindustria
Punti qualità attribuiti Comm.1	40,00	56,00	0,00	0,00
Media dei punti di qualità attribuiti	40,00	56,00	0,00	0,00
Punteggio massimo attribuito	56,00			
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRAZIONE	Bio-Optica	DIAPATH S.P.A.	GS MEDICAL	Laboindustria
Coefficiente di riparametrazione	0,71	1,00	0,00	0,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRATI	Bio-Optica	DIAPATH S.P.A.	GS MEDICAL	Laboindustria
Punti qualità riparametrati	40,00	70,00	0,00	0,00

*h*

LOTTO 2

Contenitore da 90 ml

DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
Bio-Optica	40
DIAPATH S.P.A.	70
GS MEDICAL	0
Laboindustria	0

*h*