

LOTTO 6

80,00

Fornitura con posa in opera di n.1
microscopio per autoimmunità completo di
telecamera per le esigenze della Patologia
Clinica P.O. Santobono

NIKON
EUROPE
B.V.

CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	15,00
Manopole di messa a fuoco macro/micro regolabili in altezza, inclinazione, possibilità di spostare asta di traslazione	Giudizio Commissario 1	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	13,50
	Giudizio Commissario 2	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	13,50
	Giudizio Commissario 3	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	13,50
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	15,00
Tipologia messa a fuoco (macro, micro e semimicro)	Giudizio Commissario 1	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,50
	Giudizio Commissario 2	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,50
	Giudizio Commissario 3	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,50
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	15,00

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature

Risoluzione obiettivi (apertura numerica, etc)	Giudizio Commissario 1	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	13,50
	Giudizio Commissario 2	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	13,50
	Giudizio Commissario 3	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	13,50
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	10,00
Caratteristiche della modalità di lettura a fluorescenza (caratteristiche lampada, caratteristiche filtri, etc)	Giudizio Commissario 1	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	6,00
	Giudizio Commissario 2	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	6,00
	Giudizio Commissario 3	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	6,00
CRITERIO 5	Punti massimi attribuibili	11,00
Caratteristiche fotocamera e monitor (sensore CMOS, risoluzione, fotogrammi al secondo, guadagno, software, risoluzione monitor etc)	Giudizio Commissario 1	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario1	6,60
	Giudizio Commissario 2	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario2	6,60
	Giudizio Commissario 3	0,60
	Punti qualità attribuiti commissario3	6,60
CRITERIO 6	Punti massimi attribuibili	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,70

Caratteristiche condensatore (es. presenza di scala graduata del diaframma di apertura, etc)	Punti qualità attribuiti commissario1	7,00
	Giudizio Commissario 2	0,70
	Punti qualità attribuiti commissario2	7,00
	Giudizio Commissario 3	0,70
	Punti qualità attribuiti commissario3	7,00
CRITERIO 7	Punti massimi attribuibili	4,00
<p>Garanzia e manutenzione (minimo 24 mesi). Estensione della Assistenza tecnica Full Risk (denominata EAFR), oltre periodo minimo di 24 mesi obbligatorio richiesto per l'assistenza full risk, con la seguente attribuzione di punteggio:</p> <p>Se EAFR < 12 mesi, Pi=0; Se EAFR ≤ 12 < 24 mesi, Pi=2; Se EAFR ≥ 24 mesi, Pi=4;</p>	Giudizio Commissario 1	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	0,00
	Giudizio Commissario 2	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	0,00
	Giudizio Commissario 3	0,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	0,00

Fornitura con posa in opera di n.1
microscopio per autoimmunità completo di
telecamera per le esigenze della
Patologia Clinica P.O. Santobono

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	NIKON EUROPE B.V.
Punti qualità attribuiti Comm.1	57,10
Punti qualità attribuiti Comm.2	57,10
Punti qualità attribuiti Comm.3	57,10
Media dei punti di qualità attribuiti	57,10
Punteggio massimo attribuito	57,10
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	NIKON EUROPE B.V.
Coefficiente di riparametrazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	NIKON EUROPE B.V.
Punti qualità riparametrati	80,00

M.
26
QB
⊕

