

**Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
ad Alta Specializzazione
"Santobono Pausilipon"**

Via della Croce Rossa,8 - 80122 Napoli
Codice Fiscale/Partita Iva n. 06854100630

P.O. PAUSILIPON

DIPARTIMENTO di ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA

Direttore :Dott. Giuseppe Menna

IVD CARDIONCOLOGIA

Dirigente Medico: Dott.ssa Anita Antignano

OGGETTO: Relazione tecnica per l'acquisto ecocardiografo Lotto 2

Dopo attenta analisi del questionario tecnico e relative schede tecniche, si evidenzia che la ditta Esaote che ha offerto il sistema My-Lab-OMEGA presenta come modulo 3D-4D, un sistema esclusivamente di tipo ginecologico-ostetrico e non cardiologico come in oggetto al lotto 2 (capitolato tecnico per la fornitura con posa in opera di **ECOCARDIOGRAFO** portatile di fascia ALTA).

In considerazione della richiesta di acquisire una apparecchiatura per l'UOSD di Cardioncologia , si ritiene non adatta l'apparecchiatura offerta dalla ditta Esaote in quanto il modulo opzionale 3D-4D viene richiesto tra le caratteristiche minime. Pertanto l'offerta non è valutabile.

La ditta Medisol con il modello GE-VIVID-IQ Premium viene offerto con il modulo opzionale 3D-4D ad uso esclusivamente cardiologico con sonda TEE 6 VTD.

Napoli 04/03/2022

In fede



Dott.ssa ANITA ANTIGNANO
CARDIOLOGA

Ordine dei Medici NA-21505

A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON
UOSD RADIOLOGIA PAUSILIPON
Resp.: Dott. Eugenio Rossi
NA 27831

Qualità del colore	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	8,00
	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	9,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	9,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	9,00
	Punti massimi attribuibili	12,00	12,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,90
Qualità diagnostica	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	10,80
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	10,80
	Giudizio Commissario 3	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	12,00
	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00
Capacità di archiviazione, reporting e calcolo	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	1,00



Aut. Antignano

Dott.ssa ANITA ANTIGNANO
CARDIOLOGA
Ordine dei Medici NA 21505

A.O.R.N. SANTORONO PAUSILIPON
UOSD RADIOLOGIA PAUSILIPON
Resp.: Dott. Eugenio Rossi
NA.27831

LOTTO 02

		Esate	Medisol
Semplicità, ingombro e facilità utilizzo	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	10,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	10,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	10,00
	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	8,00
Giudizio Commissario 2	0,00	0,80	
Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	8,00	
Giudizio Commissario 3	0,00	0,80	
Imaging bidimensionale, Seconda armonica			



Ordine del Medico N° 21502
CARDIOPATIA
Dott.ssa ANITA ANGIANO

IN 22831
Resp.: Dott. Eugenio Rossi
NOSTRA RADIOLOGIA PASILIPON
V.O.R.N. SANTOBONO PASILIPON

Garanzia e manutenzione (minimo 24 mesi). Per l'estensione della garanzia, la ditta potrà, se lo ritiene opportuno, estendere il servizio di manutenzione full risk (oltre periodo minimo di 24 mesi) per la durata sotto indicata, acquisendo il punteggio qualità relativo: Estensione del servizio di manutenzione full risk di ulteriori 36 mesi punti 3
 Estensione del servizio di manutenzione full risk di ulteriori 24 mesi punti 2
 Estensione del servizio di manutenzione full risk di ulteriori 12 mesi punti 1

Punti massimi attribuibili

3,00

3,00

Giudizio Commissario 1	0,00	0,33
Punti qualità attribuiti commissario1	0,00	1,00
Giudizio Commissario 2	0,00	0,33
Punti qualità attribuiti commissario2	0,00	1,00
Giudizio Commissario 3	0,00	0,33
Punti qualità attribuiti commissario3	0,00	1,00



[Handwritten signature in blue ink]

A.O.R.N. SANTORONO PAUSILLIPON
 USOD RADIOLOGIA PAUSILLIPON
 Resp.: Dott. Eugenio Rossi
 NA 27831

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Dott.ssa ANITA ANTIGNANO

CARDIOLOGA

Ordine dei Medici NA 21505

[Handwritten signature]

15/05



Funzioni avanzate offerte in configurazione base	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	5,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	0,00	5,00
	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario1	0,00	10,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario2	0,00	10,00
	Giudizio Commissario 3	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario3	0,00	10,00
	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario1	0,00	7,00
	Giudizio Commissario 2	0,00	0,60
	Punti qualità attribuiti Commissario2	0,00	6,00
Giudizio Commissario 3	0,00	0,70	
Punti qualità attribuiti Commissario3	0,00	7,00	
Caratteristiche delle sonde, anche opzionali, così come eventuali software avanzati			

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	Esate	Medisol
Punti qualità attribuiti Comm.1	0,00	60,80
Punti qualità attribuiti Comm.2	0,00	59,80
Punti qualità attribuiti Comm.3	0,00	62,00
Media dei punti di qualità attribuiti	0,00	60,87
Punteggio massimo attribuito	60,87	
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	Esate	Medisol
Coefficiente di riparametrizzazione	0,00	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	Esate	Medisol
Punti qualità riparametrizzati	0,00	70,00

Carta Defipuro e ODH Ne 4505



AORN SANTOBONO PAUSILIPON
UNITA' RADIOLOGIA PAUSILIPON
 Resp.: Dott. Massimo Zeccolini
 NA 27631

[Handwritten signature]

Dott.ssa ANITA ANTIGNANO
CARDIOLOGA
 Ordine dei Medici NA 21505
[Handwritten signature]

Foto di Dott. Zeccolini

[Handwritten signature]

RADIOLOGIA GENERALE
MASSIMO ZECCOLINI
DOTT.
DIRETTORE
AORN SANTOBONO PAUSILIPON

[Handwritten signature]

Dott.ssa ANITA ANTIGNANO
CARDIOLOGA
Ordine dei Medici NA 21505

[Handwritten signature]

A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON
USO RADIOLOGIA PAUSILIPON
Resp.: Dott. Eugenio Rossi
NA 27831

[Handwritten signature]

LOTTO 02	
DITTA	PUNTEGGIO DI QUALITA'
Esate	0
Medisol	70

MEDISOL

Giudizio 1 l'ingombro è ritenuto eccellente per peso ed imensioni. La tastiera è siliconata e quindi di facile disinfezione e di bassa contaminazione. La durata batteria è ritenuta altamente adeguata. Il carrello è del tipo autoalimentato

Giudizio 2 Ottimo numero di canali e DR. Range sonde nella media. Buona prerogative della qualità B Mode

Giudizio 3 Elevato valore dei KHz in CFM (27,2). Frame rate nella media

Giudizio 4 Monitor LED 15,4". Campi di applicazione tutti. Ottimizzazione automatica continua e dinamica. Eccellente valore in KHz del doppler PW. Buon frame rate

Giudizio 5 Archiviazione integrata eccellente. Reporting e calcolo buono per tutti

Giudizio 6 Si evince sonda cardio neonatale. Ottima sonda hokey Stick da 18 MHz. Le sonde descrivono la multifrequenza. Peso sonda microconvex contenuto. Descrizione dettagliata delle specifiche dei trasduttori offerti

Giudizio 7 funzioni avanzate utili offerte



A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON
UOSD RADIOLOGIA PAUSILIPON
Resp.: Dott. Eugenio Rossi
NA 27831

Aut. Aut. pub. u. ord. n. 21505

Dott.ssa ANITA ANTIGNANO
CARDIOLOGA
Ordine dei Medici NA 21505