

U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Via Teresa Ravaschieri, 8 – 80122 – Napoli
Tel. 081 220 52 44 – fax 081 220 52 44
Pec: provveditoriato.santobono@pec.it

AVVISO DI CHIARIMENTI

Oggetto: Procedura aperta M.e.P.A. RDO n. 4570801 per la fornitura distinta in due lotti distinti di n. 31 letti comprensiva di manutenzione ed assistenza full risk per 12 mesi– **Riscontro chiarimenti.**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto si riportano di seguito le richieste di chiarimento pervenute con i relativi riscontri.

QUESITO n.1:

LOTTO 1 – Letti di degenza elettrico

Punto5: Basamento del letto progettato in modo tale da permettere l'uso di sollevatori e adatto all'uso di sistemi con braccio a "C" per indagini fluoroscopiche o in alternativa da caratteristiche specifiche che agevolano l'utilizzo di portatili radiografici.

Si conferma che il basamento del letto dovrà avere uno spazio sufficiente da permettere l'uso di sollevatori ed altre apparecchiature (ad esempio apparecchiature radiologiche RX), anche con il letto ad altezza minima e con le sponde completamente abbassate?

Riscontro:

E' necessario garantire l'uso di sollevatori ed altre apparecchiature

QUESITO n.2:

LOTTO 1 – Letti di degenza elettrico

Punto9: Sistema fermamaterasso adatto a consentire l'alloggiamento di tutte le tipologie di materasso in uso in Azienda.

Si conferma che il sistema fermaterasso dovrà essere regolabile per consentire l'alloggiamento di qualsiasi tipologia di materasso, garantendone così un ancoraggio sicuro e solidale?

Riscontro:

Si.

QUESITO n.3:

LOTTO 1 – Letti di degenza elettrico

Punto13: Alloggiamenti per aste in zona testa e piedi e alloggiamenti bombole per ossigeno.

Si chiede di chiarire se il letto dovrà essere dotato di:

- Asta porta flebo;
- Asta solleva malato;

Riscontro:

Si rimanda alle specifiche del capitolato.

QUESITO n.4:

La nota DCPST/A5/1339/013807/2720 del Ministero dell'interno (Dipartimento Vigili Del Fuoco) chiarisce che i materassi antidecubito ad aria *non rientrano tra i manufatti omologabili ai sensi del D.M. 26/6/84 in quanto privi di imbottitura e senza struttura definita.*

Confermate trattasi di refuso?

Riscontro:

Punto6: Ignifugo – Certificato di classe IM di resistenza al fuoco.

Si confermano le specifiche del capitolato. Qualora il materasso non rientri tra i manufatti omologabili ai sensi del DM 26.06.84 in quanto privi di imbottitura e senza struttura definita, dovrà essere prodotta idonea certificazione di reazione al fuoco in base ad altre norme di prova


II R.U.P.
Riccardo Savastano