

Verbale n. 2 del 14.10.2024

Oggetto: Procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per la fornitura triennale, in somministrazione, di manipoli per chirurgia laparotomica e laparoscopica comprensiva del service full risk di piattaforme di elettrochirurgia – lotto unico – Importo complessivo a base di gara € 352.400,00 oltre Iva - Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (80% qualità – 20% prezzo)

L'anno 2024 il giorno 14 (quattordici) del mese di ottobre alle ore 10,15 negli uffici della Sede Amministrativa dell'Azienda Ospedaliera Santobono – Pausilipon di Via Teresa Ravaschieri, 8 – Napoli sono presenti, in seduta riservata e telematica sulla piattaforma SIAPS, giusta comunicazione alle ditte partecipanti a mezzo SIAPS del 10/10/2024 (Registro di Sistema PI-115697-24), i componenti della Commissione di Gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, nominata con Delibera del Direttore Generale n. 351 del 20.05.2024, che risulta così costituita:

PRESIDENTE: Dott.ssa Silvana Russo – Dirigente Medico c/o U.O.C: Chirurgia Pediatrica Neonatale e di Urgenza;

COMPONENTE: Dott.ssa Paola Caponegro – Dirigente Farmacista U.O.C. Farmacia c/o AORN Santobono Pausilipon;

COMPONENTE: Ing. Giuliana Faiella – Ing. Biomedico c/o U.O.S.I.D. Sistemi e Flussi Informativi Aziendali;

SEGRETARIO: Alessandro Dumont – Collaboratore Amministrativo c/o U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi AORN Santobono Pausilipon.

La Commissione di gara prende atto del provvedimento di nomina e degli altri atti della procedura. I componenti della Commissione dichiarano, inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, di non versare in alcuna situazione di conflitto d'interesse o d'incompatibilità ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La Commissione di Gara, vista la Delibera del Direttore Generale n. 351 del 20.05.2024, accertata la regolarità della propria costituzione, preliminarmente prende atto:

- o che questa AORN, con Deliberazione del Direttore Generale n. 857 del 30.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento della fornitura **triennale, in somministrazione, di manipoli per chirurgia laparotomica e laparoscopica comprensiva del service full risk di piattaforme di elettrochirurgia – lotto unico – Importo complessivo a base di gara € 352.400,00 oltre Iva - criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (80% qualità – 20% prezzo)** secondo i sub-criteri per l'attribuzione del punteggio di qualità, così come riportati nel disciplinare della procedura di gara;
- o che la procedura di gara, come in oggetto menzionata, è da aggiudicarsi ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- o che è stato pubblicato un avviso di chiarimenti prot. AORN n. 6150 del 14.03.2024;
- o che a seguito della relativa pubblicità, effettuata ai sensi di legge della vigente normativa per le forniture di beni e servizi eccedenti la soglia comunitaria, alle ore 13.00 del giorno 22.03.2024 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte e si è successivamente proceduto alla nomina del Seggio di Gara e della Commissione Tecnica per la procedura in oggetto;
- o che hanno presentato offerta nei termini attraverso la piattaforma di e-procurement SIAPS i seguenti concorrenti:

Ragione Sociale

Partita IVA

Lotti Offeriti

Registro di Sistema

Data ricezione



MEDTRONIC ITALIA	09238800156	UNICO	PI027332-24	20/03/2024
APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE BV	06912570964	UNICO	PI028329-24	21/03/2024
OLYMPUS ITALIA	10994940152	UNICO	PI028331-24	22/03/2024 ore 08:03

- che con verbale n. 1 del 18/06/2024 la Commissione di Gara ha avuto accesso alle buste telematiche relative alle offerte tecniche presenti sulla piattaforma SIAPS delle ditte partecipanti per la relativa valutazione ed attribuzione del punteggio da parte dei membri della Commissione Tecnica in virtù della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale così come previsto dall'art. 20 del Disciplinare di Gara; *Tanto premesso*, si dà atto che è stata definita ed approvata - nelle riunioni riservate del 4.9.2024, 7.10.2024 e 9.10.2024, la valutazione delle offerte tecniche, con l'attribuzione dei punteggi di qualità con le modalità indicate nel disciplinare di gara, come da scheda di valutazione e relazione allegata al presente verbale, quale parte integrante, come di seguito riportati ed inseriti nella piattaforma telematica:

Lotto	Ditta	Punteggio tecnico	Punteggio riparametrato
UNICO	APPLIED MEDICAL	49,00	50,385
	MEDTRONIC ITALIA	77,80	80
	OLYMPUS ITALIA	62,10	63,856

In prosieguo, la Commissione procede all'apertura delle offerte economiche presenti sulla piattaforma SIAPS, derivando da ciò il prospetto di seguito riportato:

Lotto	Ditta	Punteggio riparametrato	Punteggio economico	Punteggio totale	Offerta economica
	APPLIED MEDICAL	50,385	20	70,385	€ 226.500,00
	MEDTRONIC ITALIA	80	3,383	83,383	€ 331.100,00
	OLYMPUS ITALIA	63,856	10,945	74,801	€ 283.500,00

La Commissione propone, pertanto, l'aggiudicazione alla Ditta Medtronic Italia prima in graduatoria, che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione termina i lavori e chiude la seduta alle ore 11,00.

Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto

PRESIDENTE: Dott.ssa Silvana Russo

COMPONENTE: Dott.ssa Paola Caponegro

COMPONENTE: Ing. Giuliana Faiella

SEGRETARIO: Alessandro Dumont

Handwritten signatures of the commission members: Silvana Russo, Paola Caponegro, Giuliana Faiella, and Alessandro Dumont.

Oggetto

Fornitura Triennale in somministrazione di manipoli per chirurgia laparotomica e laparoscopica comprensiva del service full risk di piattaforme di elettrochirurgia - Relazione di accompagnamento alla griglia di valutazione con la descrizione puntuale dei punteggi discrezionali assegnati alle ditte

L'anno 2024, nei giorni 04/09, 07/10 e 09/10, presso il P.O. Santobono, si è riunita in sedute private, la Commissione di gara per l'attività di valutazione tecnica finalizzata all'acquisizione di quanto in oggetto. La gara in questione è stata indetta secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con l'attribuzione di 80 punti per l'offerta tecnica e 20 per l'offerta economica e, pertanto, in fase di indizione gara sono stati stabiliti i parametri per l'attribuzione dei punteggi tecnici, come da tabella riportata nel relativo Disciplinare di gara. È altresì prevista una soglia minima di sbarramento pari a 48 punti per il punteggio tecnico complessivo attribuito. I punteggi di qualità relativi ai criteri n. 2 e n. 3, con indicazione "VALUTAZIONE PROVA PRATICA", sono stati espressi in seguito alle demo espletate nelle date di seguito in elenco:

- 11/07/24 – Ditta Medtronic,
- 18/07/24 – Ditta Applied;
- 25/07/24 – Ditta Olympus

1. Caratteristiche tecniche e funzionalità elettrobisturi (es. Tipologia e configurabilità delle correnti di taglio/coagulo)

APPLIED: 0,5

La ditta offre n.2 piattaforme elettrochirurgiche indipendenti e di case madri differenti.
Non sono forniti dettagli su procedure di lavaggio/disinfezione.

MEDTRONIC: 1,00

Unica piattaforma elettrochirurgica a RF con funzione di taglio, coagulo monopolare, bipolare e sistema di fusione tissutale e sintesi dei vasi fino a 7 mm perfettamente integrate e di piccole dimensioni.

Sono fornite indicazioni in merito alle modalità di pulizia delle piattaforme.

OLYMPUS: 0,8


Sistema Olympus composto da n.2 piattaforme, una per sistema RF e una per coagulazione monopolare e bipolare.

Non sono forniti dettagli su procedure di lavaggio/disinfezione.

2. Ergonomia e facilità d'uso – VALUTAZIONE PROVA PRATICA

APPLIED: 0,5

Il sistema sperimentato in sala operatoria richiede chiusura di ganasce e attivazione della sintesi dei vasi mediante pulsante, ma mal si adatta a mani più piccole con difficoltà ad attivare il pulsante



con il primo dito. Inoltre, per la sigillatura la pressione richiesta è eccessiva e ne risulta difficile l'uso e la sicurezza quando si opera su vasi importanti come l'arteria e la vena splenica.

MEDTRONIC: 1,00

Dal punto di vista ergonomico è quello più soddisfacente e sicuro. Non richiede eccessiva energia nella chiusura delle ganasce e la sigillatura avviene a chiusura delle ganasce senza necessità di attivare alcun tasto. La facilità d'uso è ottimale.

OLYMPUS: 0,7

Dal punto di vista ergonomico, ha una buona facilità d'uso. La chiusura delle ganasce non richiede eccessiva energia e anche il pulsante del taglio è facilmente attivabile. Ma richiede comunque attivazione di un tasto per la sigillatura del vaso e questo lo rende meno sicuro.

3. Gestione del tessuto – VALUTAZIONE PROVA PRATICA

APPLIED: 0,7

L'uso sia del sistema monopolare (Martin) che della radiofrequenza (Applied) risultano meno delicati nella coagulazione di piccoli vasi dei tessuti pediatrici e neonatali, con maggiore dispersione di calore nei tessuti circostanti.

MEDTRONIC: 1,00

Ottima gestione dei tessuti neonatali e pediatrici sia nella coagulazione monopolare che con tecnica Ligasure. Nella prova pratica ha mostrato migliore capacità di coagulare piccole emorragie con minima dispersione di calore e minimo danno ai tessuti circostanti.

OLYMPUS: 0,8

Alla prova pratica gestione dei tessuti più che soddisfacente.

4. Allarmi e gestione del rischio

APPLIED, MEDTRONIC e OLYMPUS: 0,8

Non sono state notate differenze di rilievo tra le ditte per ciò che concerne allarmi e gestione del rischio

5. Caratteristiche dei manipoli offerti

APPLIED: 0,5

Il manipolo della RF ha una impugnatura con rilascio a molla con pulsante di attivazione nella parte posteriore e per quanto sia conforme alle caratteristiche, le dimensioni, l'impugnatura e la posizione del pulsante mal si adattano a mani più piccole, tanto che nella prova pratica non si è riusciti ad attivare il pulsante con il primo dito senza spostare tutto il palmo, il che lo rende non soddisfacente.

MEDTRONIC: 1,00

Manipoli attivabili con una sola mano. Il chirurgo ha quindi la possibilità di usare l'altra mano per tenere il tessuto o un altro strumento. La leva di azionamento della lama fredda indipendente può essere azionata bilateralmente con il dito indice.

La chiusura delle ganasce aziona immediatamente la sigillatura rendendo la procedura più sicura e rapida senza utilizzare ulteriori pulsanti per la sintesi vascolare.

OLYMPUS: 0,70

I manipoli offerti hanno una buona impugnatura e anche la posizione dei tasti li rendono ergonomici e facili all'uso. Tuttavia, la sigillatura dei vasi richiede comunque azionamento pulsante che ne rende l'uso meno agevole. Inoltre, non offre manipoli di lunghezza 19 cm che sono utili in età pediatrica.


6. Personale tecnico deputato all'assistenza tecnica in possesso di formazione rilasciata dal fabbricante (presente documentazione attestante il possesso di tale requisito preferenziale) – Punteggio Tabellare

APPLIED, MEDTRONIC e OLYMPUS: 1,00

Non sono state rilevate differenze tra le ditte.

Napoli, 14/10/2024


Dott.ssa Silvana Russo:



Dott.ssa Paola Caponegro:



Ing. Giuliana Faiella:



LOTTO UNICO

Fornitura triennale, in somministrazione, di manipoli per chirurgia laparotomica e laparoscopica comprensiva del service full risk di piattaforme di elettrochirurgia

APPLIED
MEDICAL

MEDTRONIC
ITALIA




OLYMPUS
ITALIA

		APPLIED MEDICAL	MEDTRONIC ITALIA	OLYMPUS ITALIA
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	20,00	20,00	20,00
Caratteristiche tecniche e funzionalità elettrobisturi (es. Tipologia e configurabilità delle correnti di taglio/coagulo)	Giudizio Commissario 1	0,50	1,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	10,00	20,00	16,00
	Giudizio Commissario 2	0,50	1,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	10,00	20,00	16,00
	Giudizio Commissario 3	0,50	1,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	10,00	20,00	16,00
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	11,00	11,00	11,00
Ergonomia, facilità d'uso	Giudizio Commissario 1	0,50	1,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	5,50	11,00	7,70
	Giudizio Commissario 2	0,50	1,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	5,50	11,00	7,70
	Giudizio Commissario 3	0,50	1,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	5,50	11,00	7,70
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	21,00	21,00	21,00
Gestione del tessuto	Giudizio Commissario 1	0,70	1,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	14,70	21,00	16,80
	Giudizio Commissario 2	0,70	1,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	14,70	21,00	16,80
	Giudizio Commissario 3	0,70	1,00	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	14,70	21,00	16,80
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	11,00	11,00	11,00
Allarmi e gestione del rischio	Giudizio Commissario 1	0,80	0,80	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	8,80	8,80	8,80
	Giudizio Commissario 2	0,80	0,80	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	8,80	8,80	8,80
	Giudizio Commissario 3	0,80	0,80	0,80
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	8,80	8,80	8,80
CRITERIO 5	Punti massimi attribuibili	14,00	14,00	14,00
Caratteristiche dei manipoli offerti	Giudizio Commissario 1	0,50	1,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	7,00	14,00	9,80
	Giudizio Commissario 2	0,50	1,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 2	7,00	14,00	9,80
	Giudizio Commissario 3	0,50	1,00	0,70
	Punti qualità attribuiti Commissario 3	7,00	14,00	9,80
CRITERIO 6	Punti massimi attribuibili	3,00	3,00	3,00
Personale tecnico deputato all'assistenza tecnica in possesso di formazione rilasciata dal fabbricante (presente documentazione attestante il possesso di tale requisito preferenziale)	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	3,00	3,00	3,00
	Giudizio Commissario 2	1,00	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario2	3,00	3,00	3,00
	Giudizio Commissario 3	1,00	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario3	3,00	3,00	3,00
		239,00	330,80	280,70

LOTTO UNICO

Fornitura triennale, in somministrazione, di manipoli per
chirurgia laparotomica e laparoscopica comprensiva del
service full risk di piattaforme di elettrochirurgia

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	APPLIED MEDICAL	MEDTRONIC ITALIA	OLYMPUS ITALIA
Punti qualità attribuiti Comm.1	49,00	77,80	62,10
Punti qualità attribuiti Comm.2	49,00	77,80	62,10
Punti qualità attribuiti Comm.3	49,00	77,80	62,10
Media dei punti di qualità attribuiti	49,00	77,80	62,10
Punteggio massimo attribuito	77,80		
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	APPLIED MEDICAL	MEDTRONIC ITALIA	OLYMPUS ITALIA
Coefficiente di riparametrizzazione	0,63	1,00	0,80
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	APPLIED MEDICAL	MEDTRONIC ITALIA	OLYMPUS ITALIA
Punti qualità riparametrizzati	50,39	80,00	63,86

LOTTO UNICO

Fornitura triennale, in somministrazione, di manipoli per chirurgia laparotomica e laparoscopica comprensiva del service full risk di piattaforme di elettrochirurgia

AGGIUDICATARIA

80% qualità - 20% prezzo

MEDTRONIC ITALIA

DITTE	PUNTI QUALITA'	PUNTI PPBasso	PREZZO OFFERTO	PREZZO BASE GARA	PREZZO PIU' BASSO	PUNTEGGIO TOTALE
				352.400,000	226.500,000	
APPLIED MEDICAL	50,38560411	20	226.500,000			70,38560411
MEDTRONIC ITALIA	80	3,383637808	331.100,000			83,38363781
OLYMPUS ITALIA	63,85604113	10,9451946	283.500,000			74,80123573

NOTE